

兰州大学第二医院全自动精子检测分析系统采购项目 更正公告

(交易编号: D01-1262302431616022XQ-20181206-023028-5)

招标编号为 0876-1806592 的公开招标公告, 甘肃西招国际招标有限公司代理的“兰州大学第二医院全自动精子检测分析系统采购项目”, 首次公告日期 2018 年 12 月 6 日, 现对招标公告及招标文件中部分内容做如下变更。

一、项目预算: 68 万元

二、更正原因: 参数有变更。

三、原招标公告及招标文件:

(1)投标文件投递截止时间: 2019 年 1 月 3 日 9 时 00 分(北京时间)前

投标文件投递地点: 甘肃省公共资源交易局(甘肃省兰州市城关区雁兴路 68 号)第四开标厅。

开标时间: 2019 年 1 月 3 日 9 时 00 分(北京时间)

开标地点: 甘肃省公共资源交易局(甘肃省兰州市城关区雁兴路68号)第四开标厅。

(2)第三章技术要求:

1)双路恒温系统: 显微镜载物台 37℃控温, 双路控温平台, 显微镜外置平台加热和显微镜载物台透明加热两种方式同时运转, 透明区域尺寸: 100mm×95mm, 控温精度为±0.1℃。(需提供产品的外观图片证明)

2)精子个数的捕捉准确率误差≤±5%。(需提供 CFDA 认证的医疗器械注册检验报告)

3)精子密度、活率测定结果的 CV 值≤5%。(需提供 CFDA 认证的医疗器械注册检验报告)

4)全自动扫描显微镜 1 台, 研究级显微镜, 4X、10X、40X、100X 物镜, 转盘式相差聚光镜, 6 孔物镜转盘, 柯勒照明, 25mm 宽视场; CFI60 无限远光学系统; 配置四片装全自动扫描平台

5)具有有效的第二类 6840 精子质量分析仪整机仪器产品注册证, 不能是软件产品证件

四、现更正为：

(1) 投标文件递交截止时间:2019 年 1 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）前

投标文件递交地点：甘肃省公共资源交易局（甘肃省兰州市城关区雁兴路 68 号）第六开标厅。

开标时间：2019 年 1 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

开标地点：甘肃省公共资源交易局（甘肃省兰州市城关区雁兴路 68 号）第六开标厅。

(2) 第三章技术要求：

*1)双路恒温系统：显微镜载物台 37℃控温，双路控温平台，显微镜外置平台加热和显微镜载物台透明加热两种方式同时运转，透明区域尺寸：100mm×95mm，控温精度为±0.1℃。（需提供产品的外观图片证明）

*2)精子个数的捕捉准确率误差≤±5%。（需提供 CFDA 认证的医疗器械注册检验报告）

*3)精子密度、活率测定结果的 CV 值≤5%。（需提供 CFDA 认证的医疗器械注册检验报告）

*4)全自动扫描显微镜 1 台,研究级显微镜,4X、10X、40X、100X 物镜,转盘式相差聚光镜,6 孔物镜转盘,柯勒照明,25mm 宽视场;CFI60 无限远光学系统;配置四片装全自动扫描平台

*5)具有有效的第二类 6840 精子质量分析仪整机仪器产品注册证,不能是软件产品证件

其他内容不变。

五、采购人：兰州大学第二医院

联系人：苏主任

联系电话：0931-8942495

六、代理机构：甘肃西招国际招标有限公司

地址：兰州市安宁区北滨河西路通达街 3 号雁京罗马商务大厦 24 层

联系人：王 晶 孙亚斌

联系电话：18919060808

甘肃西招国际招标有限公司

2018年12月27日