



广河县计划生育服务站邮字化超声引导妇导宫腔手术仪项

目

竞争性谈判文件

采购编号：LXZC 2016-482

采购人：广河县计划生育服务站

甘肃登山招投标代理有限责任公司

二〇一六年十一月

目 录

| | |
|--------------------|----|
| 第一章、竞争性谈判公告..... | 2 |
| 第二章、竞争性谈判须知..... | 6 |
| 第三章、谈判技术要求..... | 10 |
| 第四章、商务要求..... | 11 |
| 第五章、竞争性谈判文件格式..... | 13 |

第一章、竞争性谈判公告

广河县计划生育服务站邮字化超声引导妇导宫腔手术仪项目性谈判公告

甘肃登山招投标代理有限责任公司受广河县计划生育服务站的委托,对广河县计划生育服务站邮字化超声引导妇导宫腔手术仪项目以竞争性谈判形式进行采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一. 谈判文件编号: LXZC 2016-482

二. 采购内容:

超声宫腔手术仪 一台

三. 预算: 26 万元

四. 评标办法: 最低价评标法

五. 供应商资格要求:

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,必须是中国境内注册的独立法人企业;
- 2、投标人须具有医疗器械生产或经营许可证;
- 3、投标人须提供由住所地或者业务发生地市(州)县(区)人民检察院出的行贿犯罪档案查询结果告知函(原件);
- 4、投标人须提供投标产品生产厂家对本项目的授权函(原件)
- 5、本项目不接受联合体投标。

六. 谈判文件获取方式:

- 1、符合上述资格的供应商登陆临夏州公共资源交易网在线报名并下载谈判文件 (<http://www.lxggzyjy.com/>) 。
- 2、获取谈判文件时间: 2016年11月24日至 11 月28日(每日00:00-24:00) 。
- 3、谈判文件费: 免费

注: 为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务, 凡是拟参

与临夏州公共资源交易活动的投标人需先在临夏州公共资源交易网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。注册成功后，投标人重新登录系统进行投标报名，免费在线下载电子版标书。并依据系统生成的投标“登记号”（系统会实时发送到投标人手机）交纳投标保证金。（详见《甘肃省公共资源交易网》最下端“公共服务平台”中“电子招投标交易平台投标人使用说明”）

七. 谈判响应文件递交截止时间、递交地点、谈判时间及地点：

- 1、谈判响应文件递交截止时间：2016年12月01日16:30（北京时间）。
- 2、谈判响应文件递交地点：临夏州公共资源交易中心第二开标厅。
- 3、谈判时间：2016年12月01日16:30（北京时间）
- 4、谈判地点：临夏州公共资源交易中心第二开标厅。

八. 谈判保证金专用账户信息

收款人：临夏回族自治州公共资源交易中心

账号：6630 0101 3577 9000 20

开户行：甘肃银行股份有限公司红园路支行

交款方式：电汇

投标保证金到账查询电话：甘肃银行0930-6223375

- (1) 投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间48小时前。
- (2) 投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。
- (3) 投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义提交。
- (4) 投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网最下端“公共服务平台”中“投标保证金办理指南”。

九. 采购项目联系人：

广河县计划生育服务站：马梅芳

联系电话：15120545532

地 址：广河县城关镇河北街13号

甘肃登山招投标代理有限公司：章文珊

联系电话：15025907365

地 址：临夏州临夏市团结北路盛世花园9号

甘肃登山招投标代理有限公司

2016年11月23日

第二章、竞争性谈判须知

一、谈判要求：

1、合格的谈判人和合格的产品：

(1) 凡具有独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力，遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉及履行合同的能力和好的履行合同记录，资金状况良好的，均为合格的谈判人。

(2) 资金来源：自筹资金

预算价：26 万元

谈判供应商的谈判报价超过采购预算的按无效响应处理。

2、资质文件要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，必须是中国境内注册的独立法人企业；

2、投标人须具有医疗器械生产或经营许可证；

3、投标人须提供由住所地或者业务发生地市（州）县（区）人民检察院出的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）；

4、投标人须提供投标产品生产厂家对本项目的授权函（原件）

5、本项目不接受联合体投标。

3、谈判保证金：

收款人：临夏回族自治州公共资源交易中心

账号：6630 0101 3577 9000 20

开户行：甘肃银行股份有限公司红园路支行

交款方式：电汇

投标保证金到账查询电话：甘肃银行 0930-6223375

(1) 投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间 48 小时前。

(2) 投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

(3) 投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义提交。

(4) 投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网最下端“公共服务平台”中“投标保证金办理指南”。

成交供应商的谈判保证金待交纳了履约保证金并与采购人签订合同后即予无息退还；未成交供应商的谈判保证金，在成交结果公示 3 个工作日后且无异议，于 3 个工作日内无息退还。

对于未能按要求交纳谈判保证金的投标，采购方将视为非实质性响应谈判文件的要求而予以拒绝，即视为对谈判文件不响应。

如谈判人有下列情况，谈判保证金不予退还：

- 1) 在谈判截止时间后撤回其谈判文件的；
- 2) 成交后无正当理由不与采购方签订合同的；
- 3) 未能在规定期限内签署合同的；
- 4) 提供虚假证明文件的。

4、谈判响应文件的编制和递交：

(1) 谈判响应文件应提供以下文件：

- a. 谈判函
- b. 谈判报价表
- c. 商务响应说明书
- d. 技术响应说明书
- e. 资格证明文件
- f. 谈判保证金收据复印件

g. 谈判人认为需要提供的其他资料

(2) 谈判格式：按照甘肃登山招投标代理有限责任公司发售的格式编写。

(3) 谈判货币：人民币。

(4) 谈判响应文件的递交：谈判人应准备谈判响应文件正本壹份、副本肆份，并各自装订成册，密封于一信封内，封口处加盖公章或由供应商签字。响应文件应于谈判日 2016 年 月 日 前送达谈判地点。（如没有按照要求递交谈判响应文件，其投标将视为无效投标）

(5) 谈判响应文件有效期：谈判日后 60 天。

5、谈判报价：

(1) 采取二次报价的办法。第一次报价后，经谈判小组评审、谈判、补充有关要求后，在规定的时间内，各谈判人进行第二次报价。第二次报价为最终报价，即成交合同价。

(2) 竞争性谈判后所确定的供货内容和成交价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

(3) 任何有选择的报价不予接受，每种货物和服务只允许有一个报价。

(4) 最低报价不是谈判成交的唯一保证；

(5) 对中小微企业执行财库【2011】181 号文件的规定，对小微投标报价按 6% 扣除后的价格作为其评标价；不符合财库【2011】181 号文件的规定企业的产品价格不予扣除。

6、谈判文件的澄清、修改：

(1) 在相关法律法规规定的期限内，无论出于何种原因，采购人有权对谈判文件进行修改。修改内容将以书面形式通知参与谈判人，并作为原文件的补充，与其具有同等法律效力。

(2) 谈判文件的解释权归采购人所有。

二、谈判机构及职能：

1、**谈判机构：**为了确保本次竞争性谈判工作顺利进行，成立谈判小组。谈判小组由 3 人以上的单数组成。技术专家的人数不少于谈判小组总人数的 2/3，谈判小组依法独立开展工作。

2、谈判小组职能：

- (1) 根据谈判文件的要求，决定谈判具体内容；
- (2) 决定进入终审和最终报价企业的名单；
- (3) 有权对谈判内容、技术要求和谈判办法进行解释，有权决定处理谈判过程中出现的其它相关问题；
- (4) 遵照买卖双方平等的原则，就其产品的价格、服务进行谈判。

三、谈判原则及程序：

1、**谈判原则：**本次谈判采取“最低价评标法”的谈判原则，谈判的全过程采取背靠背形式。

2、谈判程序：

谈判的全过程采取背靠背形式

(1) **谈判密封报价：**将各谈判单位的谈判文件中苗木单价、数量、总价、交货期等内容以宣读的形式给予谈判小组公布。

(2) **评审及谈判：**谈判开始后，谈判小组将认真阅读所有谈判文件，并按下列内容进行具体的技术性、商务性谈判。

A. **资格审查：**对谈判单位的资质，谈判文件的内容进行商务和技术符合性的审查。谈判响应文件应完全响应谈判文件的所有条件，否则按无效谈判文件处理。谈判响应文件中的数据大、小写不符，以大写为准；单价与总价不符，以单价为准。

B. **技术谈判内容：**货物的技术指标、伴随服务等。

C. **商务谈判内容：**报价数据计算的正确性、完整性，分析报价构成的合理性，交货期，付款方式，确定最终方案等。

(3) 谈判小组成员根据各谈判单位的最终承诺和报价，对通过资格审查、技术谈判、商务谈判的谈判单位综合比较，谈判单位完全响应谈判文件的要求后，最终报价最低的为谈判成交候选人。

四、确定成交单位：

对通过资格性和符合性审查的供应商，按最终报价（小型、微型企业投标产品的投标报价按6%比例扣除后的价格作为其评标价，下同）由低到高顺序排列。

最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的中标供应商递补，以此类推。

五、经济合同：

1、甘肃登山招投标代理有限责任公司通知成交单位与广河县计划生育服务站洽谈合同条款，签定经济合同。谈判文件是签定经济合同的依据。

2、甘肃登山招投标代理有限责任公司负责协调和处理履约过程中出现的问题。

六、谈判过程的监督、管理：

财政局采购办对谈判全过程进行监督、管理和指导。

6.1 中标供应商的确定

根据《中华人民共和国财政部令》第 18 号第五十九条之规定，招标机构依法享有经授权的中标供应商确定权。

评委会根据评标结果，推荐最高得分者为第一中标候选人。若第一中标候选人放弃中标，须补偿由此给招标人带来的损失后（即补齐两者之间的投标报价差额），由次最高得分者作为中标候选人，依次类推。投标人得分出现绝对相等时，以低价优先的原则确定中标人。

第三章、谈判技术要求

- ★1. 台车式一体化，负压吸引器内置于超声主机内
- 2. 聚焦方式：数字声束形成，实现逐点接收聚焦；发射四段聚焦且焦点位置可调
- 3. 数字化 B 超，全数字波束形成器具有 32 路 A/D 采样通道显示方式：B、B/B、4B、B/M、M
- ★4. R10 5.0/6.5/7.5MHz 扫描角度 120° 三段宽频变频微凸阵探头，探头采用卡按方式固定在一种专用阴道扩张器内，通过调节专用扩张器的手柄调整探头扫描方向；探头超宽扫描角度，仅需一种专用扩张器与探头卡接足够扫描不同位置子宫，医生无需根据不同位置的子宫来判断使用扩张器的类型，手术时更方便；卡接固定方式使探头很稳固不会在术中脱落，采用一次性无菌胶套隔离探头，避免感染也无需再消毒探头，适合于手术医生单独操作，极少占用腔内空间，不影响常规手术器械的使用。深度 $\geq 90\text{mm}$ （探头在 7.5MHz 频率）
- 5. 专用 15" 旋转升降臂液晶显示器，可全方位调节
- 6. 横向分辨率： $\leq 1\text{mm}$ （深度 $\leq 40\text{mm}$ ）7.5M 频率时测
- 7. 纵向分辨率： $\leq 0.5\text{mm}$ （深度 $\leq 80\text{mm}$ ）7.5M 频率时测
- 8. 可选配 128 阵元 2.5/3.5/5.0MHz 宽频变频高密度腹部探头；且具备二次谐波功能，具备穿刺引导线功能，穿刺引导线的位置可较准。
- 9. 图像倍率：11 级深度可调，4 倍声学放大，画中画，回放动态放大
- 10. 增益： $0\sim 100\text{db}$ 连续可调，1 段总增益，8 段 TGC 控制
- 11. 图像存储：机内可永久存储至少 110 幅图像，电影回放 ≥ 350 幅
- 12. 具有产科、妇科、泌尿科、心脏科、小器官、腹部软件包，可进行 GS、CRL、BPD、HC、AC、FL、HL、TAD、APAD、CER、FTA、OFD、THD、AFI、LV、NT 以及 LMP 计算 EDCB 等产科指标测量，估算胎龄、胎重和预产期；子宫、左/右卵巢、子宫内膜厚度、卵泡；膀胱、左/右肾、前列腺；心室、左心房、二尖瓣、主动

脉瓣和肺瓣膜、及甲状腺、肝、胆、脾、胰相关参数测量，并自动生成报告具有胎儿生长曲线和胎儿生理评分功能

★13. 负压值与超声影像可同屏显示（提供利证书复印件）

14. 内置式负压系统技术参数

- a、负压系统极限负压值： $\geq 0.09\text{Mpa}$
- b、负压系统瞬时抽气速率： $\geq 20\text{L/min}$
- c、贮液瓶容量：1000mL
- d、工作噪声： $\leq 60\text{dB}$

★15. 三个探头接口，电子切换，自由选择

16. 具有常用功能单独设置快捷按键或结合功能键快速进入功能

17. 具有符合人机工程学原理的带背景灯的硅胶键盘设计

18. USB 接口（支持图像存储、软件升级、图像传输等）

★19. 多参数智能宫内节育器的自动选择（智能 IUD 优选功能）：根据子宫的超声图像测得的子宫横径和纵径这两个参数自动推荐合适的宫内节育器型号（提供利证书复印件）

★20. 手术用压力可在设定范围内自动控制（提供专利证书复印件）

一. 标准配置要求

1. 台式主机一台

2. 15" 液晶显示器一台

3. R10/120°，5.0/6.5/7.5MHz 三段宽频变频专用微凸探头 1 支

4. 采用黄铜镀铬材质的超声专用阴道扩张器 20 个（提供专用扩阴器注册证复印件）

5. 专用一次性无菌探头套 50 个

6. 无菌耦合剂 50 人份

备注：以上参数必须满足，如有负偏离，将视为无效投标。

第四章、商务要求

1. **交货地点：**广河县计划生育服务站指定地点

2. **交 货 期：**合同签订后 15 日内

如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项的情况下采取其他补救措施，从合同价中扣除误期赔偿费。①在合同规定的交货期满后第 1~5 天，每迟到一天，按照迟交货物合同金额的 1%扣除；②在合同规定的交货期满后第 6~10 天，每迟到一天，每天按照迟交货物合同金额的 1.5%扣除；③在合同规定的交货期满后第 11~20 天，每迟到一天，每天按照迟交货物合同金额的 2%扣除；④在合同规定的交货期满后一个月仍未交货，甲方有权决定本合同是否继续有效，由此产生的一切损失由卖方负担。履约保证金不予退还。

3. **报价要求：**

3.1、谈判应分别报单价和总价。

3.2、总价包括：运输到指定地点的运杂费及保险费、技术服务。

3.3、直接运输到用户指定地点，所有货物将在现场进行统一验收。以上所有费用计入谈判总价内。

3.4、对于谈判成交单位，其谈判总价即为合同总价，不受原材料、市场价格变化和实际工作量变化的影响。

4. **技术资料**

谈判人须提供所投货物相关资料。

5. **支付及结算（付款计划）：**中标后三年之内付清货款。

6. **运输**

6.1 运杂费：已包含在合同总价内，包括从货物供应地点到合同指定交货地点所需的全部运输、保险、搬运等费用。

6.2 运输方式：谈判单位自定。

7. **质量保证：**

7.1 选用的货物及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常、全面满足谈判要求。

8. 验收:

验收依据:

8.1 合同文本及附件。

8.2 国内相应的标准、规范。

9. 违约责任:

9.1 按《合同法》中的相关条款执行。

9.2 未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同的要求, 采购单位有权终止合同, 并依法向供货商进行索赔。

第五章、竞争性谈判文件格式

目 录

| | |
|-----------------|----|
| （一）谈判函····· | 14 |
| （二）法人代表授权书····· | 15 |
| （三）谈判报价表····· | 16 |
| （四）技术响应说明书····· | 17 |
| （五）商务响应说明书····· | 18 |
| （六）资质文件····· | 19 |
| （八）保证金支付方式····· | 20 |

（一）、谈判函

甘肃登山招投标代理有限公司：

我单位收到贵公司谈判文件，经研究，我们决定参加本次竞争性谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照谈判文件中的一切要求，提供采购货物及技术服务。谈判总报价为：

人民币（大写）：_____；

（小写）¥_____万元。

2、我方提交的谈判文件，正本壹份，副本肆份。

3、我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按质、按期、按量完成货物供货及所有伴随服务。并收到贵方通知后向贵方支付谈判成交服务费。

4、我们理解，最低报价不是谈判成交的唯一条件。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方的谈判文件在谈判日后 60 天内有效。

7、与本次竞争性谈判有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

谈判单位名称（盖章）：

谈判单位授权代表签字：

日 期：

（二）、法人代表授权书

本授权书声明：注册于_____（地址）的_____公司的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权_____（单位）的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为_____的谈判及合同的执行、完成和保修，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，失效日期为年_____月_____日，特此声明。

法定代表人签字：

（盖公章）：

代理人（被授权人）签字：

见证人签字：

职务：

单位名称：

地址：

(三)、谈判报价表

项目名称： _____

招标编号： _____

投标人名称： _____

价格单位：人民币元

| 货物名称 | 出产地 | 品种 | 数量 | 谈判报价 | 交货期 | 运输以及 安装费用 | 培训费 | 投标保证金 (是/否) | 是否有折扣 声明 | 备注 |
|----------|-----|----|----|------|-----|--------------|-----|----------------|-------------|----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 投标总价（小写） | | | | | | | | | | |
| 投标总价（大写） | | | | | | | | | | |

投标人授权代表签字加盖公章：

注：1、此表应按投标人须知的规定密封标记并与投标函、投标保证金收据复印件一同密封单独提交

2、若没有在此表中标明有折扣声明，后附的折扣声明、降价声明、优惠价等有关价格调整的材料在开标和评标时均不予考虑。

日期：

（四）、技术响应说明书

1、规格响应表（格式）

品目号：

产品名称：

| 条款号 | 谈判文件规格 ☆1 | 谈判响应规格 ☆2 | 偏离 | 备注 |
|-----|-----------|-----------|----|----|
| | | | | |

谈判人签字：

公 章：

日 期：

注：①. ☆1指谈判文件中的技术规格(参数)，谈判人应按照谈判文件中的内容逐条抄写。

②. ☆2指谈判人拟提供的投标货物的功能及技术规格(参数)，谈判人应逐条如实填写；并应在(偏离)一栏逐条指出是否偏离(可注明正负)。

③. 谈判人若未按要求填写此规格响应表, 将按放弃竞争性谈判对待。

3、货物的质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等。

4、制造和装运地点

(五)、商务响应说明书

1. 交货地点:
2. 交货期:
3. 支付方式与程序:
4. 运输:
 - 4.1 运杂费:
 - 4.2 运输方式:
5. 质量保证:
6. 验收依据:
 - 6.1 合同文本及附件。
 - 6.2 国内相应的标准、规范。
7. 违约责任:
 - 7.1 按《合同法》中的相关条款执行。
 - 7.2 未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同技术要求，买方有权终止合同，并依法向供货商进行索赔。
8. 报价说明:
9. 对本标是否有优惠条件或其他说明（请在谈判报价表中文字说明）

(六)、资质文件

1、谈判单位资质

- (1) 投标人基本情况介绍(复印件加盖公章)
- (2) 营业执照副本(复印件加盖公章)
- (3) 税务机关登记证副本(复印件加盖公章)
- (4) 组织机构代码证副本(复印件加盖公章)
- (5) 开户行许可证(复印件加盖公章)
- (6) 法定代表人授权书(原件) (原件须装订于投标文件正本里面)
- (7) 法定代表人身份证(复印件加盖公章)及被授权人身份证(复印件加盖公章)
- (8) 住所地或者业务发生地市(州)、县(区)人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函(原件, 原件装订于投标文件正本内)
- (9) 投标人须提供投标产品生产厂商针对本项目的授权书(原件)(代理商投标的须提供)(原件装入投标文件正本里面)
- (10) 投标人须具有医疗器械生产或经营许可证(复印件加盖公章)

注: 1、以上第(2)、(3)、(4)、(5)、(10)项所有证书原件需带至谈判现场进行审核, 否则视为无效谈判响应。

2、以上第(1) - (10)项, 缺任意一项的将被视为谈判响应。

- (10) 中小企业声明函(中小微企业提供, 不提供者不享受中小微企业优惠政策)
- (11) 售后服务、优惠条件承诺书
- (12) 供应商认为有必要提供的其他资料

2、谈判单位基本情况介绍

所有要求在谈判文件中提供复印件的文件, 在谈判过程中, 谈判小组可要求查验原件, 谈判人不得拒绝, 否则按放弃竞争性谈判对待。未注明复印件的文件, 在谈判时均应提供原件。

（七）、保证金支付方式

谈判保证金数额及交纳方式：

投标保证金：人民币伍仟元整（5000.00 元）

收款人：临夏回族自治州公共资源交易中心

账号：6630 0101 3577 9000 20

开户行：甘肃银行股份有限公司红园路支行

交款方式：电汇

投标保证金到账查询电话：甘肃银行0930-6223375

- （1）投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间48小时前。
- （2）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。
- （3）投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义提交。
- （4）投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网最下端“公共服务平台”中“投标保证金办理指南”。

（请在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的 8 位数字登记号；如不注明 8 位数字登记号的，保证金查询不到，后果自负。）