



GMGITC | 国义招标 采购满意 首选国义

竞争性谈判文件

项目编号：0724-1801D62N2543

采购项目名称：广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心医疗设备
竞争性谈判项目

国义招标股份有限公司编制

发布日期：2018年12月5日

温馨提示

- 一、 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前 30 分钟内。
- 二、 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。
- 三、 投标人请注意区分邮购标书、投标保证金及中标服务费各收款帐号的区别。务必将保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金缴纳账户，切勿将款项转错账户，以免影响投标及保证金退还的速度。中标服务费存入指定的中标服务费缴费账户。
- 四、 中标人应在签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构，以便退还保证金。
- 五、 投标文件应按顺序编制页码。
- 六、 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。
- 七、 请正确填写《开标一览表》，并与《投标保证金缴纳凭证》一同封装在单独的唱标信封当中，多包项目请每包单独封装，并请仔细检查包号，包号与包名称必须对应。
- 八、 招标项目内或所投包号内有多项设备或报价内容的，应加总后报总价。
- 九、 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。
- 十、 购买了招标文件的公司，请在投标截止时间前 3 日以书面形式通知采购代理机构是否参加投标。邮购文件的公司应提供快递地址以确保收到纸质的采购文件。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以招标文件为准）

请已购买招标文件的供应商登录“广东省政府采购网”(<http://www.gdgp.gov.cn>) 供应商注册栏目进行供应商账号注册操作，注册随时办理、自动备案，供应商信息由供应商自行登记维护，并对填报资料的真实性负责。（已注册的供应商请忽略此信息）

目 录

- 第一部分 报价邀请函
- 第二部分 采购项目内容
- 第三部分 报价须知
- 第四部分 合同格式
- 第五部分 报价文件格式

第一部分 报价邀请函

各（潜在）供应商：

国义招标股份有限公司受广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心的委托，对广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心医疗设备竞争性谈判项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目编号：0724-1801D62N2543

二、采购项目名称：广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心医疗设备竞争性谈判项目

三、项目采购预算：人民币60.54万

四、项目标的及交货时间、地点：

1. 项目标的及采购限价

序号	设备名称	数量	最高限价(人民币)
1	#心电图机	1 台	40000
2	#心电监护	2 台	70000
3	#血细胞计数仪	1 台	100000
4	#除颤仪	1 台	70000
5	全自动尿液分析仪	1 台	12000
6	冷光源无影灯	2 台	1200
7	#超短波高频治疗仪	1 台	25000
8	生物显微镜	1 台	10000
9	简易呼吸球囊（成人）	2 台	1600
10	简易呼吸球囊（儿童）	2 台	1600
11	TDP 神灯治疗仪	3 台	1500
12	冷链箱	2 台	1400
13	疫苗专用冰箱	3 台	60000
14	雾化吸入器	5 台	17500
15	紫外线消毒车	5 台	3000
16	氧气瓶	2 台	2000
17	额头体温计	2 台	1200
18	吸痰器	1 台	1800
19	气压止血带	1 台	900
20	成人及儿童呼吸面罩	2 台	1600
21	急救箱	5 个	4900
22	出诊箱	2 个	
23	氧气流量表	5 套	1000
24	喉镜	2 个	1000
25	观察病床	2 张	4000
26	成人急救处置床	2 张	8000
27	诊断床	6 张	6000
28	治疗车（塑料M）	8 台	6400
29	手推式抢救车及抢救设备	2 台	6000
30	床旁桌	10 张	5000
31	运送病人平车	2 台	4000

32	不锈钢污衣车	2 台	1800
33	不锈钢清创车	2 台	2000
34	不锈钢换药车	2 台	2000
35	轮椅	2 张	1600
36	屏风	5 台	4000
37	输液椅	10 张	7000
38	治疗床	2 张	2400
39	自动洗胃机	1 台	10000
40	低频脉冲治疗仪	1 台	6600
41	艾灸仪	1 台	9000
42	干扰电治疗仪	1 台	30700
43	推拿床	1 张	13000
44	电子针灸仪	3 台	4500
45	电脑中频治疗仪	3 台	15000
46	多功能中药切片机	1 台	2200
47	LED 超薄观片灯（双联）	3 台	6000
48	医用空气消毒机（平板壁挂式）	2 台	11000
49	多功能输液泵	1 台	8000
合计			605400

详细技术规范请参阅采购文件中的用户需求书。其中标注“#”号项目为包组的核心产品。供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏或最终报价超出最高限价及单项设备限价，将导致报价无效。

本项目采购本国产品。

2. 交货时间：签订合同后3个月内。

3. 交货地点：采购人指定地点。

四、供应商资格：

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(2017年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明;税务部门出具的完税证明或报价截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明;2018年内开具的缴纳社会保险凭据。)

2. 供应商应是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织

3. 供应商只允许为独立法人，不接受联合体报价。

4. 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

5. 具备医疗器械经营许可证明材料副本(如供应商为代理经销商)或医疗器械生产许可证明材料副本(如供应商为制造商)。

6. 参与本项目的供应商提供《公平竞争承诺书》。

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号报价或者未划分包号的同一招标项目报价。(供应商出具声明函)

8. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(供应商出具声明函)

9. 已报名并获取本次采购文件。(获取采购文件的具体方式详见本项目公告)

五、符合资格的供应商应当在2018年12月6日至2018年12月12日每天(节假日除外)9:00至11:30, 14:00至16:30(北京时间)购买采购文件, 本采购文件每套售价为150元人民币(邮购方式需要收取50元快递费), 售后不退。

购买采购文件时, 提供以下证明文件(邮购方式应先传真以下资料):

1、法定代表人/负责人证明书、法定代表人/负责人授权委托书；
2、营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）；

3、供应商应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询情况证明（报名时请提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章），如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条条件的供应商，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝）；

4、供应商提供《公平竞争承诺书》原件(加盖公章)。

采购文件购买方式：

(1) 前往以下地址购买

国义招标股份有限公司 1 楼购标室

地址：广州市东风东路 726 号 1 楼购标室

电话：020-37860613、37860612

传真：020-37860611

联系人：林小姐、吴小姐

(2) 邮购（电汇时，请注明项目编号）

户 名：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

帐 号：120905690610808

电话：020-37860613、37860612

传真：020-37860611

联系人：林小姐

注：已报名的供应商请登录广东省政府采购网（<http://www.gdgp.gov.cn/>）注册，否则将影响成交通知书的发放。

六、**报价截止时间（北京时间）：2018 年 12 月 13 日 15 时 00 分 00 秒**（注 14 时 30 分开始受理报价文件）

七、**报价文件送达地点：国义招标股份有限公司 18 楼会议室（广州市东风东路 726 号 18 楼）**（报价文件应由供应商授权代表亲自送达该地址，采购代理机构将不接受其它形式递交的报价文件）

八、**报价时间（北京时间）：2018 年 12 月 13 日 15 时 00 分 00 秒**

九、**报价地点：国义招标股份有限公司 18 楼会议室（广州市东风东路 726 号 18 楼）**

十、**采购人及采购代理机构的联系方式**

采购代理机构联系人：邓子华、张强

电话：020-37860526\37860533

传真：020-87768283

联系地址：广州市东风东路 726 号 18 楼

邮编：510080

银行及账户信息：

(1) 电汇邮购采购文件缴费账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

(2) 报价保证金缴纳账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610703

采购人联系人：李巧珍

电话：020-62985275

传真：020-62985270

联系地址：萝岗公路街 212 号

邮编：510530

(3) 成交服务费缴费账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

国义招标股份有限公司

2018年12月5日

第二部分 采购项目内容

一、供应商资格：

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(2017年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明;税务部门出具的完税证明或报价截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明;2018年内开具的缴纳社会保险凭据。)

2. 供应商应是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织

3. 供应商只允许为独立法人,不接受联合体报价。

4. 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

5. 具备医疗器械经营许可证明材料副本(如供应商为代理经销商)或医疗器械生产许可证明材料副本(如供应商为制造商)。

6. 参与本项目的供应商提供《公平竞争承诺书》。

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包号报价或者未划分包号的同一招标项目报价。(供应商出具声明函)

8. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(供应商出具声明函)

9. 已报名并获取本次采购文件。(获取采购文件的具体方式详见本项目公告)

二、用户需求书：

“★”号条款是关键技术参数,一项不符合即导致该供应商报价无效。“▲”号条款为评审时的重要技术参数,不作为报价无效条款。

编号	设备名称	数量	参数
1	心电图机	1	<p>一、工作条件：</p> <p>1.1 产品可在电源交流 100 伏~240 伏，50/60 赫兹，室温 5—40℃和相对湿度 25%~80%的环境下正常工作</p> <p>1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器</p> <p>二、ECG 输入</p> <p>2.1 ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集</p> <p>2.2 导联选择：手动/自动可选，（支持 Nehb、Cabrera 导联体系）</p> <p>2.3 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）</p> <p>2.4 频率响应：0.05-150Hz（-3db）</p> <p>2.5 定标电压：1mV±2%</p> <p>▲2.6 耐极化电压：±600mV</p> <p>2.7 内部噪声：≤12.5μ Vp-p</p> <p>2.8 时间常数：≥3.2 s</p> <p>▲2.9 共模抑制比：≥121dB（AC 滤波开启）；≥115dB（AC 滤波关闭）</p> <p>2.10 输入电流：≤0.01 μ A</p> <p>2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能</p> <p>2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能</p> <p>2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言</p> <p>三、波形处理：</p> <p>3.1 A/D 转换：24bit</p> <p>3.2 采样率：≥1000Hz/秒/通道</p> <p>3.3 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）</p> <p>3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能</p> <p>3.5 自动分析功能：具有≥12 导联同步自动分析以及 RR 分析功能</p>

		<p>3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能</p> <p>四、存储器</p> <p>4.1 设备内置存储器，存储病历≥800 例</p> <p>4.2 数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出</p> <p>4.3 支持外接 U 盘和 SD 卡可扩展存储空间</p> <p>五、显示器：</p> <p>▲5.1 ≥7 英寸彩色液晶显示屏（配备触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格</p> <p>5.2 显示信息：同屏显示≥12 导同步心电波形</p> <p>5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等</p> <p>六、记录器：</p> <p>6.1 热敏式点阵打印机</p> <p>6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s</p> <p>6.3 记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1</p> <p>6.4 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm</p> <p>6.5 打印方式：实时同步或连续 12 道心电波形，分段打印</p> <p>6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等</p> <p>6.7 可直接外接打印机，通过 A4 纸打印 12 道心电波形和报告</p> <p>6.8 具备在无网格纸上打印网格功能</p> <p>七、功能</p> <p>▲7.1 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率</p> <p>7.2 可准确判定接触不良的电极并予以指示</p> <p>7.3 拥有自动测量功能和自动诊断功能</p> <p>7.4 手动、自动、节律、R-R 四种工作模式可供选择。</p> <p>7.5 自动模式下可以支持 10-60S 时间的采集，记录，存储，传输。</p> <p>7.6 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告</p> <p>7.7 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录</p> <p>7.8 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息</p> <p>7.9 可升级心电向量功能</p> <p>7.10 可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量</p> <p>八、外部输入接口：</p> <p>8.1 USB 接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD 卡接口</p> <p>8.2 支持内置 WiFi（可升级），支持使用有线、无线的方式进行联网，</p> <p>8.3 支持 DAT、PDF、SCP（可升级）、FDA-XML（可升级）、DICOM（可升级）格式，满足医院信息化需求</p> <p>8.4 支持二维码，二维码扫描仪获取病人信息</p> <p>九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动</p> <p>十、电源：交直流两用 自动转换</p> <p>10.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz</p> <p>10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4 小时</p> <p>十一、产品认证：</p> <p>▲11.1 通过 CE 认证、FDA 注册，UL 认证，取得 CMD 医疗器械产品认证证书（提供认证证书复印件并加盖公章）</p> <p>★11.2 具有有效的医疗器械注册证明</p>
--	--	---

2	心电监护	<p>▲11.3 提供有效的厂家授权证明资料（如供应商为代理经销商）</p> <p>监护参数 心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、脉搏（PR）、双通道体温（TEMP）、呼气末二氧化碳（EtCO₂）（可升级）、双有创血压（IBP）（可升级）</p> <p>显示 屏幕尺寸：≥10.4 寸彩色 TFT 触摸屏，分辨率：≥800×600</p> <p>▲支持同屏显示≥11 道波形和全部监测数据 支持≥七导心电波形同屏显示、心电波形级联 可根据医护人员临床观察需要自由组合 4 个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持 NIBP 多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表</p> <p>数据存储、回顾 ≥120 小时趋势图/表存储回顾 ≥1200 组无创血压测量回顾 ≥48 小时全息波形存储回顾 ≥200 组报警事件/心律失常事件回顾 具备 USB 数据接口、内置 SD 卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充性能要求 中英文操作界面，全中文按键面板</p> <p>▲标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联</p> <p>▲心电增益有：1.25mm/mv（×0.125），2.5 mm/mv（×0.25），5 mm/mv（×0.5），10 mm/mv（×1），20 mm/mv（×2），40 mm/mv（×4），自动增益，多种选择，满足临床需求 心电波形速度：6.25 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s</p> <p>▲共模抑制比：诊断≥95db（陷波器关闭），监护、手术≥105db（陷波器开）</p> <p>▲支持双通道有创压监测，支持 CVP、ART、PA、PAWP 等测量 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征</p> <p>▲无风扇设计，低噪音，保持临床环境安静；低功耗，延长电池的使用时长；不吸尘，保持设备内外部清洁，防止交叉感染 易清洁硅胶按键，防水防渗，防交叉感染，便于清洁 支持条形码扫描功能，方便快速录入病人信息 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况 可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率</p>
---	------	---

			<p>可升级旁流/主流呼气末二氧化碳,抽气速率低至 50ml/min, 适用于呼吸微弱的病人, 不再需要传统的脱水瓶</p> <p>▲具备 MEWS 评分功能,可快速评估病人病情</p> <p>可内置 WiFi 模块,支持 3G\WiFi 联网功能,实现 3G\WiFi\有线等混合方式联网</p> <p>可升级三通道内置热敏打印机</p> <p>标配可拆卸充电锂电池,具有 RJ-45 网络口、辅助输出接口、VGA 外接显示器接口、USB 口、防盗锁孔、电源线卡扣(防止电源脱落)</p> <p>通过 CE 认证(提供认证证书复印件并加盖公章)</p> <p>通过 ETL 认证(提供认证证书复印件并加盖公章)</p> <p>通过 FDA 注册(提供认证证书复印件并加盖公章)</p> <p>★具有有效的医疗器械注册证明</p> <p>▲提供有效的厂家授权证明资料(如供应商为代理经销商)</p>
3	血细胞计数仪	1	<ol style="list-style-type: none"> 总体要求: 原装国产全自动血液细胞分析仪, 实现白细胞五分类; ▲检测原理: 多角度激光结合细胞化学染色测定白细胞五分类, 无氰化物法测定血红蛋白; ▲检测通道: WBC 五分类双通道检测, 有独立的 BASO 通道(嗜碱性粒细胞检测通道); 检测参数≥25 项可报告参数(不含研究参数和直方图); 检测速度≥60 样本/小时; ▲检测模式: 静脉全血、末梢全血和末梢血预稀释三种模式; ▲静脉全血用量≤15 μl; 预稀释血用量≤20 μl; ▲线性范围: WBC: 0~400×10⁹/L, RBC (10¹²/L): 0~8 HCT: 0~67% HGB (g/L): 0~250 PLT: 0~5000×10⁹/L; ▲仪器主机内置≥10 英寸彩色触摸显示屏, 同屏显示全部检测结果; 校准方式: 人工校准, 自动校准; ▲检测系统: 提供原厂生产配套的高、中、低三种水平的质控品和校准品, 并提供注册证和溯源性文件; ▲溯源认证: 检测系统的配套溯源性实验室获得 CNAS 认可资格(提供认可资格复印件并加盖公章); 主机可存储至少 20000 份含病人信息的样本结果(含直方图并加盖公章); 报告打印: 内置打印机, 打印含病人姓名的中文报告单, 具备多种报告格式可选; 同时支持 USB 外接打印机; 具备 USB 接口, 方便数据导入导出; ▲产品质量: 同系列产品通过国际认证, 如 CE 和 FDA 认证(提供认证证书复印件并加盖公章); 精密度(重复性) WBC≤4%、RBC≤2%、HGB≤2%、MCV≤3%、PLT≤8% 参考限设置: 通用、成人男、成人女、小儿、新生儿, 并预留 5 个自定义项; 清洗设置: 仪器自动清洗启动的阈值次数支持用户自定义; 要求配置一体化电脑工作站一套: 显示器+电脑主机+键盘鼠标等, 电脑工作站配置符合本中心医疗及公卫系统配置要求。 ★具有有效的医疗器械注册证明 ▲提供有效的厂家授权证明资料(如供应商为代理经销商)
4	除颤仪	1	<ol style="list-style-type: none"> 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤(AED)功能。除颤采用双相波技术, 具备自动阻抗补偿功能。 ▲2. 手动除颤分为同步和非同步两种方式, 能量选择 1-360J, 分 20 档或以上, 可通过体外电极板进行能量选择。

		<p>3. 除颤充电迅速，充电至 200J≤5s。</p> <p>4. 可升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。</p> <p>▲5. 可升级血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳等监测参数</p> <p>6. 配置一块外置锂电池，可支持 200J 除颤 100 次或以上。</p> <p>7. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。</p> <p>8. 成人、小儿一体化电极板，可升级除颤起搏监护多功能电极片。</p> <p>9. 支持中文操作界面、AED 中文语音提示。</p> <p>10. 彩色 TFT 显示屏≥8”，分辨率≥800×600，最多可显示 4 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。</p> <p>11. 50mm 记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电图，延迟时间≥10s。</p> <p>12. 可存储≥24 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。</p> <p>▲13. 200J 大能量自检及每日自动开机自检，并可输出自检结果。</p> <p>14. 符合除颤专用安全标准 IEC60601-2-4:2002，符合救护车标准 EN1789:2007。并提供证明材料。</p> <p>15. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP34。</p> <p>16. 具备专业的抗跌落性能，裸机可承受 0.75m 跌落冲击。</p> <p>17、★具有有效的医疗器械注册证明</p> <p>18、▲提供有效的厂家授权证明资料（如供应商为代理经销商）</p>
5	全自动尿液分析仪	<p>1. ▲测试项目：≥11 项 可测项目：尿液中白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、比重、隐血、pH、维 C 等</p> <p>2. 测定原理：反射光电比色法</p> <p>3. ▲自动启动测试：红外感应传感器自动感应操作者放置试纸的动作，启动测试；</p> <p>4. ▲测定速度：≥600 个/小时</p> <p>5. 测定波长：≥3 个</p> <p>6. ▲存储：可自动存储病人数据，测试结果储存数量≥2000，可按日期、尿样编号及项目检索</p> <p>7. 显示器：LCD 显示器，≥5 英寸，触摸屏</p> <p>8. 打印：内置热敏打印机，可外接并口针式打印机</p> <p>9. 接口：支持 RS232C、DB9male</p> <p>10. 报告：中英文报告，支持定性和半定量结果</p> <p>11. 光源：LED 冷光源，寿命≥1500H</p> <p>12. 断电保护：具有断电自动保存所有测量数据</p> <p>13. ▲电源：宽电源设计，AC100-220V，50Hz/60Hz</p> <p>14. 具备废纸盒自动收集废纸条；废液盘收集积累的残液</p> <p>▲试纸条姿态检测：拥有完备的试纸条姿态检测，发生异常及时报警的同时无需中止测试过程；</p> <p>15. ★具有有效的医疗器械注册证明</p> <p>16. ▲提供有效的厂家授权证明资料（如供应商为代理经销商）</p>
6	冷光源无影灯	<p>技术参数</p> <p>照度（相距 1M 处 LUX）12.000</p> <p>色温（K）3000K±500K</p> <p>光斑直径（mm）100-500</p> <p>亮度调节（mm）600</p> <p>电源 220V/50Hz</p> <p>输入功率（W）30</p> <p>开关类别 脚踏开关</p> <p>灯头旋转 360°</p>

			灯泡类型 (W/V) 24V/50W 卤素灯泡
7	超短波高频治疗仪	1	<p>灯泡类型 (W/V) 24V/50W 卤素灯泡</p> <p>产品要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、为落地式、便于移动。 2、具有自动预热、自动稳压、治疗电子定时、声光提示并自动切断输出等功能。 3、工作频率采用 27.12MHz, 性能更稳定, 延长仪器使用寿命。 4、连续波输出能量是连续的, 故温热效应明显, 适用一般治疗。 5、脉冲波工作频率 27.12MHz 受脉冲频率 70Hz(或 350Hz)调制, 形成间断输出, 则输出能量是间断的, 非热效应明显, 因而能加大剂量对深层患部进行治疗。 6、脉对亚急性、慢性疾病有显著疗效。 7、使用硅橡胶电极, 安全可靠、并可直接进行消毒、符合卫生。 <p>主要性能指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 输出功率: 200W, 允许偏差±20%。 2. 工作频率: 27.12MHz, 允许偏差±0.6%。 3. 治疗时间: 分 10、15、20、25、30min 五档, 允许偏差±10%。 4. 脉冲调制频率分: 疏 70Hz、密 350Hz 二档, 允许偏差±15%。 5. 使用电源: ~220V, 50Hz。额定输入功率: 900VA。 6. 工作制: 连续工作≥4h。 7. 使用环境: 环境温度 5℃~40℃, 相对湿度≤80%。 8. 外形尺寸: ≤510mm×440mm×930mm, 重量: ≤50kg。 <p>配置清单:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保险丝管 T4A 4 只; T1A4 只; F400mA4 只。 2. 大号 (24×17)、中号 (21×15)、小号 (18×12) 硅橡胶电极板各 1 对。 3. 测试用日光灯管 1 支。 4. 硅胶输出线 2 条。 5. 电源线 1 条。 6. 电极布套 1 套。 <p>★具有有效的医疗器械注册证明 ▲提供有效的厂家授权证明资料 (如供应商为代理经销商)</p>
8	生物显微镜	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 目镜: 类别 放大倍数 (X) 视场直径 (mm) 大视野目镜 WF10 Φ22 WF16 Φ15 2. 物镜: 类别 放大倍数 (X) 数值孔径 (NA) 工作距离 (mm) 无限远平场 消色差物镜 PL 4X 0.10 19.8 PL L10X 0.25 5.0 PL L40X(弹簧) 0.65 0.66 PL L100X(弹簧油) 1.25 0.36 3. 放大倍率: 40X—1600X 4. 机械筒长: 160mm 5. 聚光镜: 阿贝聚光聚 NA1.25, 可上下升降 6. 调焦机构: 粗微动同轴调焦, 微动格值: 2 μm, 带锁紧和限位装置以免损坏物镜和切片 7. 双层机械载物台, 尺寸 180mm×150mm, 同轴齿轮和柔性钢丝传动完美结合, 使载物台移动更流畅。内置式传动机构, 能有效防止因传动机械外露而伤及操

			作者。 8. 采用低位置 X/Y 共轴手柄移动范围：75mmX50mm 9. 目镜筒：三目观察镜筒可自由切换目视观察与显微摄像。30 度倾斜，眼点高度可调，操作时不需长时间低头或平视观察使操作者的颈与肩部得到有效释放，适合不同眼点高度的操作者，摄像时可 100% 透光 10. 转换器：四孔(内向式滚珠内定位) 11. 滤色片：蓝滤色片和磨砂玻璃 12. 照明系统：3W 大功率高亮白光 LED，亮度可调，LED 灯适用的聚光镜内置视场光栏 13. ★具有有效的医疗器械注册证明 14. ▲提供有效的厂家授权证明资料（如供应商为代理经销商）
9	简易呼吸球囊（成人）	2	硅胶成人复苏器 设置 60cmH2O 安全限压阀； - 标配储气袋，硅胶面罩，氧气管； - 配备开口器、口咽通气道、手柄等配件 - 一体式进气阀组设计，直接连接储气袋和氧气管； - 100%不含乳胶； - 氧气管和储气袋以外，所有配件均可高温高压灭菌，可重复使用。 产品规格： - 球囊容量≥1630ml； - 硅胶面罩 4#； - ≥2000ml 容量储气袋； - 氧气管≥2 米； - 标准病人阀接头直径：15/22mm； - 限压安全阀：60cmH2O； - 材料符合 ISO 生物相容性要求；
10	简易呼吸球囊（儿童）	2	硅胶小儿复苏器 产品要求： - 设置 40cmH2O 安全限压阀； - 标配储气袋，硅胶面罩，氧气管； - 配备开口器、口咽通气道等配件 - 一体式进气阀组设计，直接连接储气袋和氧气管； - 100%不含乳胶； - 氧气管和储气袋以外，所有配件均可高温高压灭菌，可重复使用。 产品规格： - 球囊容量≥680ml； - 硅胶一体式面罩 2#； - ≥1600ml 容量储气袋； - 氧气管 2 米； - 标准病人阀接头直径：15/22mm； - 限压安全阀：40cmH2O； - 材料符合 ISO 生物相容性要求；
11	TDP 神灯治疗仪	3	一、技术参数 1. 电源输入：AC 220V 50Hz 2. 功率：250W 3. 波普范围：2-25 微米 4. 机械定时范围：0-60 分钟

			<p>5. 产品描述：立式大头（移动式）</p> <p>6. 定时方式：机械定时</p> <p>7. 治疗板有效使用期限：≥ 1000 小时（到期可更换治疗板）</p> <p>二、产品要求</p> <p>1、大的治疗头 照射面积比标准头的治疗器大。</p> <p>2、人性化的设计——设有双面通电、工作指示灯 电源盒正面和背面都设有通电和工作指示灯，便于医生、护士和监护人监护。</p> <p>3、具有升降功能 电源盒可自由升降，使用方便。</p> <p>4、活插头 治疗头与伸缩支臂连接处可分开，使用活插头连接，便于更换治疗头和治疗板，活插头用固定盖固定，有效的防止活插头被轻易拔掉或被不正当使用。</p> <p>5、5 脚铁制折合脚架，稳定性强，提高使用的安全性，5 个脚轮中有 2 个是带刹车脚轮，加强稳定性，由于是折合脚架，可折叠，方便运输和储存，</p>
12	冷链箱	2	<p>1、外尺寸：$\leq 690*525*565$mm</p> <p>2、内尺寸：$\geq 580*400*460$mm</p> <p>3、容积：≥ 110L</p> <p>4、净重：≤ 15.4KG</p> <p>5、保温层厚度：≥ 55mm</p> <p>6、材料：聚丙烯/PP、聚氨酯/pu</p> <p>7、要求：滚塑工艺、超强保温、内置手把、可封签功能</p>
13	13.1 疫苗专用 冰箱	2	<p>▲容积≥ 950L</p> <p>▲外形尺寸 1200*740*1920(深*宽*高 mm)</p> <p>输入功率 700W</p> <p>▲储存温度 2-10℃</p> <p>气候类型 N</p> <p>样式 立式，双层透明保温玻璃门，门体带有防凝露加热功能，门体配锁，底部四个脚轮</p> <p>制冷方式 风冷</p> <p>外观颜色 浅色</p> <p>材料 柜体材料：优质结构钢板；</p> <p>▲内胆材料：内壁为不锈钢板；</p> <p>▲保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡；</p> <p>★具有有效的医疗器械注册证明</p> <p>▲提供有效的厂家授权证明资料（如供应商为代理经销商）</p>
	13.2 冰箱（医用 药品冰箱）	1	<p>1 整体结构 电加热单门</p> <p>2 外部尺寸（宽*深*高） 665*710*1965 mm</p> <p>3 内部尺寸（宽*深*高） 530*555*1380 mm</p> <p>4 保存箱层数 ≥ 7</p> <p>5 搁架数量 6 个搁架 1 个筐</p> <p>6 总有效容积≥ 390L</p> <p>7 发泡箱体保温层 40mm 电器</p> <p>8 电压要求/频率 额定电压 220V/50Hz 性能</p> <p>9▲ 温度范围 2-8℃</p> <p>10 输入功率 380W</p>

			<p>11 电池 12V</p> <p>12 ▲多重故障报警 高低温报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警</p> <p>13 两种报警方式 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警安全系统</p> <p>14 远程报警功能 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。</p> <p>15 门锁 一把钥匙一把锁，双锁结构，防止随意开启制冷系统</p> <p>16 均匀性 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 认证</p> <p>17 ★具有有效的医疗器械注册证明</p> <p>18. ▲提供有效的厂家授权证明资料（如供应商为代理经销商）</p>
14	雾化吸入器	5	<p>雾化原理：压缩式；</p> <p>喷雾粒子直径：MMAD 约 $3\mu\text{m}$；</p> <p>VVT 技术：提高雾化吸入效率；</p> <p>药剂槽容量：最大 7ml；</p> <p>噪音：65dB 或以下；</p> <p>配电方式：AC220V、50Hz；</p> <p>设计：便携式手柄；</p> <p>食品级塑料材质：药液杯及胶嘴采用食品级 PP 材料；</p> <p>医疗级清洁：可煮沸清洗：药液杯组件、吸嘴、鼻腔吸嘴；</p> <p>吸入方式：吸嘴+小面罩</p>
15	紫外线消毒车	5	<p>1、灯管功率：$\geq 30\text{W} \times 2$，无臭氧石英材料。</p> <p>2、灯管消毒寿命：$\geq 6000\text{hours}$，带智能感应设置。</p> <p>3、当消毒灯开启后，如人在房间内，灯不会亮。</p> <p>4、在消毒过程中，如人和动物不慎闯入，灯将马上报警并熄灭，离开后自动开启。</p> <p>5、移动可折叠带定时装置。</p> <p>6、延时开关：灯开启后人离开正常亮起。</p> <p>7、254nm 辐照强度（1m 距离）$\geq 214\text{uw}/\text{cm}^2$</p> <p>8、带定时装置：0-1440 分钟。</p>
16	氧气瓶	2	<p>材料:37MN</p> <p>适用范围：氧气</p> <p>性质：永久气体气瓶</p> <p>制造方法：钢制无缝气瓶</p> <p>规格：219-40L</p> <p>公称外径:219mm</p> <p>公称容积：$\geq 40\text{L}$</p> <p>公称重量：$\leq 50.5\text{kg}$</p> <p>工作压力：高压气瓶（mpa）</p>
17	额头体温计	2	<p>非接触式红外测温仪</p> <p>1. 分辨率 0.1°C (0.1°F)</p> <p>2. 存储温度 $0^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$)</p> <p>3. 操作温度 $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ($50^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$)</p> <p>4. 相对湿度 $\leq 85\%$</p> <p>5. 电源直流 3 v (2 # 7 电池串联)</p> <p>6. 尺寸 $\leq 158 * 90 * 37$ 毫米</p> <p>7. 总重量 ≤ 267 克</p>

			<p>8. 在人体模式下测量范围 32.0℃- 42.5℃</p> <p>9. 在表面模式下测量范围 0 ~ 100 c</p> <p>10. 以人体模式精度±0.3℃ (0.45° F)</p> <p>11. 精密表面模式±1.0℃ (33.8° F)</p> <p>12. 最好的测量距离在 5 厘米 (2 英寸)</p> <p>13. 时间自动关闭 8 秒</p>																								
18	吸痰机	1	<p>要求:</p> <p>1、电动吸痰机采用高效率、大流量的双头柱塞泵作负压吸引源,由负压泵(双头柱塞泵)、负压调节器、负压指示器、收集容器组件、机箱等组成;</p> <p>2、具有可根据病人的痰液的粘稠度进行无级调压的特点,能迅速吸出浓痰和粘液,减轻病人痰阻塞的痛苦,起到转危为安的作用;</p> <p>3、具有溢流阀安全装置,安全可靠;</p> <p>4、按防电击类型及程度分类为 I 类设备 B 型应用部分,运行模式为连续运行,IPX0、非 AP 型或 APG 型普通设备;</p> <p>5、产品符合 GB9706.1、YY0505、YY0636.1 相关要求。</p> <p>技术指标:</p> <p>1、负压极限值: $\geq 0.08\text{MPa}$ (600mmHg);</p> <p>2、负压调节范围: 0.02~0.08MPa;</p> <p>3、抽气速率: 泵口(出气口) $\geq 25\text{L}/\text{min}$, 终端 $\geq 20\text{L}/\text{min}$;</p> <p>4、电源: AC220V$\pm$22V, 50Hz$\pm$1Hz;</p> <p>5、消耗功率: $\leq 100\text{VA}$;</p> <p>6、噪声: $\leq 60\text{dB}$;</p> <p>7、收集容器容量: 1000mL;</p> <p>8、工作环境: 温度: +5℃~+35℃, 相对湿度: 25℃不超过 80%, 大气压力: 86KPa~106KPa。</p>																								
19	气压止血带	1	<p>1、当压力值达到 0.08MPa 时,经 10min 后,压力应无下降;</p> <p>2、最大打气用力不大于 50N;</p> <p>3、布袋连橡胶气袋绕扎使用时,应能承受 0.1MPa 压力而不自行脱开;</p> <p>4、体积: $\leq 210\text{cm} \times 116\text{cm} \times 55\text{cm}$</p> <p>5、重量: $\leq 3\text{kg}$</p>																								
20	成人及儿童呼吸面罩	2	<p>本产品适用于连接人工呼吸机和人工复苏器。.</p> <p>1、透明的面罩外壳便于观察面罩内呕吐物、血污和患者自然呼吸情况。</p> <p>2. 面罩接头为标准口径 22/15mm(符合标准: IS05356-1)。</p> <p>3. 面罩由硅胶材料组成,符合 IS010993 医疗器械生物学评价要求。</p> <p>4. 本产品符合 MDD/93/42/EEC 指令要求。</p> <p>5. 所有零件的材料不含乳胶。</p> <p>6、均可高温高压灭菌,可重复使用</p>																								
21	急救箱	5	1、参考规格: 35*20*22cm																								
22	出诊箱	2	<p>2、材质: 铝合金</p> <p>3、箱体毛重: $\leq 1\text{kg}$</p> <p>4、14 寸可调节肩背/手提带</p> <p>5、配置清单如下(清单内产品保质期 2-5 年):</p> <table border="1" data-bbox="662 1832 1289 2076"> <thead> <tr> <th>序列</th> <th>名称</th> <th>规格</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>不锈钢剪刀</td> <td>15cm</td> <td>1 把</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>不锈钢镊子</td> <td>12cm</td> <td>1 支</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>纱布片</td> <td>5X5cm</td> <td>5 片</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>纱布片</td> <td>7.5X7.5cm</td> <td>2 片</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>纱布片</td> <td>10X10cm</td> <td>2 片</td> </tr> </tbody> </table>	序列	名称	规格	数量	1	不锈钢剪刀	15cm	1 把	2	不锈钢镊子	12cm	1 支	3	纱布片	5X5cm	5 片	4	纱布片	7.5X7.5cm	2 片	5	纱布片	10X10cm	2 片
序列	名称	规格	数量																								
1	不锈钢剪刀	15cm	1 把																								
2	不锈钢镊子	12cm	1 支																								
3	纱布片	5X5cm	5 片																								
4	纱布片	7.5X7.5cm	2 片																								
5	纱布片	10X10cm	2 片																								

				6	压舌板	12 厘米	10 支		
				7	伤口敷料	6X7cm	2 片		
				8	伤口敷料	7X9cm	2 片		
				9	自粘绷带	5cmX4.5cm	1 卷		
				10	弹性绷带	5cmX4.6cm	2 卷		
				11	弹性绷带	7.5X4.5cm	2 卷		
				12	烧伤敷料	60X40cm	2 包		
				13	烧伤膏	25kg	1 盒		
				14	卡扣止血带	2.5X46cm	1 条		
				15	无纺布口罩	9X17cm	10 个		
				16	酒精消毒片	3X6cm	100 片		
				17	碘伏棉签	8 厘米	10 支		
				18	酒精棉签	8 厘米	10 支		
				19	长条创可贴	7.2X1.9cm	100 片		
				20	关节创可贴	H 形	5 片		
				21	指尖创可贴	蝴蝶形	5 片		
				22	三角绷带	96X96X136cm	2 个		
				23	安全别针	2#	10 个		
				24	CPR 呼吸面罩	20X19cm	1 个		
				25	检查手套	M	1 副		
				26	冷敷袋	100g	1 包		
				27	棉签	50 支包, 6 包	30 支		
				28	晕车贴	1 盒			
				29	清凉油	3ml	1 瓶		
				30	风油精	3g	1 瓶		
				31	正红花油	25ML	1 瓶		
				32	退热贴	5X12cm	1 片		
				33	保温毯	130X210cm	1 个		
				34	医用胶带	1.25cmX5m	2		
				35	紧急联系卡	1 个			
				36	合格证	1 个			
				37	急救手册	1 份			
				38	急救箱	1 个			
23	氧气流量表	5	全铜芯氧气吸入器 氧气流量表 PT-R 氧气减压器 输入压力≤15Mpa 输出流量 0-10LPM 输出压力 0.2-0.3MPa 与产品编号“16”氧气瓶标配使用 每套配备≥两个湿化瓶						
24	喉镜	2	1、规格：全钢弯型 3*1 2、类别：灯泡型全钢成人套装喉镜 3、喉镜的组成：是由喉镜片、手柄、灯泡、导芯、弹(电池)夹和插头组成 4、喉镜标准配置：3 只镜片（大中小）；1 把手柄 5、技术参数：						
			产品名称	规格	窥视片长 (mm)	镜片尖宽 (mm)	手柄长 (mm)	手柄直径 (mm)	照度 (Lux)

			<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">成人灯 泡喉镜</td> <td>大</td> <td>160</td> <td>16</td> <td>145</td> <td>29</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>134</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>小</td> <td>100</td> <td>9.5</td> <td></td> <td></td> <td>1500</td> </tr> </table> <p>a. 喉镜由窥视片和手柄组成。属于直接照明式，窥视片型式是弯型分大、中、小三种规格、具体规格见表格。</p> <p>b. 产品要求：可重复使用。</p> <p>c. 产品主要要求：内部电源供电，直流$\leq 4.5\text{VA}$，不具备对除颤放电效应的防护，没有信号输入、输出部分。</p> <p>d. 设备运行方式：手持式设备，短期运行。</p>	成人灯 泡喉镜	大	160	16	145	29	800	中	134	15			1000	小	100	9.5			1500
成人灯 泡喉镜	大	160	16		145	29	800															
	中	134	15				1000															
	小	100	9.5			1500																
25	观察病床	2	<p>规格：2120*970*485mm(L*W*H)</p> <p>产品名称：ABS 手动双摇护理床</p> <p>描述：手动双摇 实木板面 铝合金护栏 树脂脚轮 保护螺杆 防滑防潮脚套 ABS 床头尾板</p> <p>床面采用国际知名品牌冷轧钢板一次冲压成型，超声波除锈，表面静电粉末喷塑，抗击耐腐蚀不褪色，含床垫，配置豪华静音脚轮、餐桌板、输液架。</p>																			
26	成人急救 处置床 (ICU 抢救 床)	2	<p>规格：2120*970*485mm (L*W*H)ABS 电动二功能监护床</p> <p>电动二功能（背部上升 0~75°；腿部上升 0~40°） 电动背部、腿部升降 遥控操作 简易方便铝合金护栏 树脂脚轮 ABS 床头尾板</p> <p>床面采用国际知名品牌冷轧钢板一次冲压成型，超声波除锈，表面静电粉末喷塑，抗击耐腐蚀，不褪色，含床垫，配置电机，钢网面板，豪华静音脚轮、餐桌板、输液架。</p>																			
27	诊断床	6	<p>名称：平板诊察床</p> <p>规格：1900*650*650mm(L*W*H)</p> <p>材质：不锈钢 海绵皮革</p> <p>配备：带轮子；提背款式，背板可调节，黑色西皮革</p>																			
28	治疗车（塑 料 M）	8	<p>规格：630*470*920 (L*W*H)</p> <p>材质：高级 ABS 加厚工程料，静音脚轮</p> <p>配置：两个抽屉可分格活动，一个污物桶</p>																			
29	手推式抢救车及抢救设备	2	<p>规格：750*475*920mm</p> <p>1. 主要由铝·钢·ABS 工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；</p> <p>2. ABS 底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有 304 材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃；</p> <p>3. 车体左侧：除颤器平台、隐藏式副工作台、杂物盒；</p> <p>4. 车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、网篮内分隔片，可放洗手液、剪刀、两升锐器盒、ABS 双污物桶分色；</p> <p>5. 车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动 5 米电源线；</p> <p>6. 车体正面：中控锁，配置有五层抽屉，第一二层小抽面 80mm，内空：424*375*68mm；两中抽面 120mm 内空：424*375*110mm；一深抽面 240mm 内空：424*375*220mm 抽屉内 3*3 分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为长条款式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；</p> <p>7. 车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；</p>																			
30	床边桌	10	<p>产品名称：ABS 床头柜</p> <p>材质：ABS 工程塑料</p> <p>承载：$\geq 46\text{kg}$</p> <p>净重：$\leq 15\text{kg}$</p>																			

			参考尺寸：480*480*760mm 配置：1.5寸静音脚轮
31	运送病人平车	2	规格：1900*630*800mm (L*W*H) 1、整体采用高级不锈钢焊接而成，焊接牢固，打磨平整，分担架和推车两部分 2、车身带有不锈钢护栏及伸缩式输液架，为医护人员对病者进行急救提供方便。 3、有万向静音轮，带刹车装置 4、车身下配有储物框，可盛放所需物品。
32	不锈钢污衣车	2	规格：700*500*900mm (L*W*H) 材质：不锈钢材质制作，配3寸树脂脚轮 配置两个活动污衣袋方便更换
33	不锈钢清创车	2	规格：680*400*800 (L*W*H) 材质：不锈钢材质制作，配3寸树脂脚轮 配备塑料污物桶一个。
34	不锈钢换药车	2	规格：650*450*800mm (L*W*H) 材质：不锈钢材质制作，配3寸树脂脚轮 配备两个抽屉，一个污物桶
35	轮椅	2	产品名称：钢质手动轮椅 固定扶手，固定搁脚，高强度塑料手推圈 带双刹车，车架镀铬，软座，8“前轮，24”后轮
36	屏风	5	折叠式不锈钢屏风 规格：每折 500*1800mm 配置：加厚不锈钢管支架+优质防水蓝色无纺布（魔术贴安装，清洗更方便）+万向静音脚轮 产品拉伸直最大尺寸：四折屏风：2000*1800（mm）
37	输液椅	10	规格：740*920*1080mm (L*W*H) 材质：优质不锈钢管及优质人造革海绵 功能：三种坐姿可调，带气压手柄，操作安全方便。
38	治疗床	2	规格：2120*970*485mm(L*W*H) 产品名称：ABS手动单摇护理 描述：手动单摇 钢塑板面 铝合金护栏 保护螺杆 防滑防潮脚套 ABS床头尾板 床面采用国际知名品牌冷轧钢板一次冲压成型，超声波除锈，表面静电粉末喷塑，抗击耐腐蚀不褪色，含床垫，配置静音脚轮。
39	自动洗胃机	1	一、性能要求 1、采用单板机控制，实现洗胃的自动化； 2、自动显示洗胃压力、洗胃状态和洗胃次数； 3、进入洗胃状态后自动记录洗胃次数，并可随时清零； 4、大通径管路进出，确保不会堵塞； 5、进、出胃压力可根据需要任意设置； 6、压力绝对值在 47kPa~67kPa 范围中； 7、全塑外壳，美观大方。 8、工作环境：a) 温度范围：+5℃~+40℃； b) 相对湿度范围：≤80%；c) 大气压力范围：86KPa~106KPa； 二、主要技术参数 1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz；

			<p>2、输入功率：$\leq 140\text{VA}$；</p> <p>3、工作噪音：$\leq 65\text{dB(A)}$</p> <p>4、进胃压力设置：$\leq 0.067\text{MPa}$；</p> <p>5、出胃压力设置：$\geq -0.067\text{MPa}$；</p> <p>6、进胃液量：$\leq 350\text{ml/次}$ 出胃液量：$\leq 450\text{ml/次}$</p> <p>7、进出胃时间：$\leq 30\text{s/次}$</p> <p>注：进、出胃液量随进、出胃压力的设置值大小而变化。</p>
40	低频脉冲治疗仪	1	<p>本机适用于三叉神经痛、前列腺炎、支气管炎、肩周炎、急性扭伤的辅助治疗。同时本机对人体辅以电磁震颤，具有按摩功能和热敷作用。</p> <p>主要技术指标：</p> <p>1. 输出磁场强度：$7\sim 25\text{mT}$，四档可调。</p> <p>2. 输出插口与间断时间：</p> <p>(a) 正弦波二路（“交变 1”插口和“交变 2”插口）。</p> <p>(b) 间断正弦波二路（“间断 1”插口和“间断 2”插口），间断时间 1S、2S、4S 三档可调，每档允许偏差$\pm 10\%$。</p> <p>3. 定时时间：（治疗时间）为 20min，允许偏差$\pm 1\text{min}$。</p> <p>4. 使用电源：$220\text{V } 50\text{Hz}$，输入功率：500VA。</p> <p>5. 工作制：主机连续工作时间$\geq 4\text{h}$，电极磁头使用 20min、间歇 20min。</p> <p>6. 电磁头表面温度： 电磁头工作 15nim 后，表面温度$\geq 37^\circ\text{C}$，20nim 后，表面温度$\leq 60^\circ\text{C}$。 配备有多种电磁头（共≥ 5种），以适合各种病例需要。</p> <p>7. 外形尺寸：$400\text{mm}\times 240\text{mm}\times 150\text{mm}$。</p> <p>8. 重量：主机$\leq 13\text{kg}$，电极磁头（套）$\leq 8\text{kg}$。</p> <p>配置清单：</p> <p>1. 电磁头一套分：1 号、2 号、4 号电磁头各 1 只，3 号、5 号电磁头各 2 只。</p> <p>2. 电源线 1 条。</p>
41	艾灸仪	1	<p>一、简述：台式，液晶显示灸疗时间和温度，灸疗时间采取倒计时法，结束后有报警鸣笛提示，各通道可单独设置灸头使用温度，时间</p> <p>二、电源输入电压和频率：</p> <p>1: 电源电压：$\text{AC}220\text{v}\pm 10\%$，</p> <p>2: 电源频率：$50\text{HZ}\pm 2\%$，</p> <p>3: 输入额定功率：$45\text{w}\pm 10\%$</p> <p>三、输出参数：</p> <p>1: 输出额定电压：$15\text{V}\pm 10\%$，</p> <p>2: 单个灸头功率：$5\text{W}\pm 10\%$，</p> <p>3: 灸头阻值：$30\Omega\pm 10\%$</p> <p>四、电气安全性能：</p> <p>1: 外壳漏电流$\leq 0.1\text{mA}$，</p> <p>2: 患者漏电流$\leq 0.1\text{mA}$，</p> <p>3: 电介质强度：400V</p> <p>五、双重过温保护：</p> <p>1: 灸头温度超设定最大值 75°C，第一路保护电路动作，切断输出，</p> <p>2: 第一路保护装置失效，灸头温度继续上升至 90°C，第二路灸头温度保护器动作，切断输出</p>

			<p>六、环境条件：</p> <p>1：环境温度：5-40℃，</p> <p>2：相对湿度：30%-75%，</p> <p>3：电源为 AC220V±10%，50HZ±2%，</p> <p>4：熔断丝容量：≥5A</p> <p>七、使用性能：</p> <p>1：液晶显示时间，温度，各灸头工作温度，时间，单独显示，</p> <p>2：6个灸头连接通道，最多可以使用8个灸头同时施灸，</p> <p>3：配有≥6个单灸头，1套腰部三联组合灸头，</p> <p>4：连续工作时间：≥8h，</p> <p>5：灸头线长：1.5m，施灸半径0-1500mm，</p> <p>6：温度控制范围30-75℃，</p> <p>7：灸头中心点恒温值的误差≤±3℃，</p> <p>8：灸头灸疗的升温时间：≤5min，</p> <p>9：灸疗时间：1-99min可调，</p> <p>10：灸头具有远红外功能，波长：0.76-30um，法向全发射率：0.84，</p> <p>11：灸头表面磁通量密度：0.023-0.12T，</p> <p>12：灸头可以实现直接灸，间接灸，温针灸等系列灸法，</p> <p>13：温针孔：∅3±1mm，隔热垫：∅38±1mm，隔物灸槽∅30±1mm，</p> <p>14：灸头可配艾绒艾片，纤维载体精油灸片，液态灸片，</p> <p>15：可提供药物提取平台，与医院临床科室合作开发灸片，</p> <p>16：灸片生物相容性：细胞毒性≤1级，皮肤致敏：应无皮肤致敏反应，皮肤刺激：应无皮肤刺激反应，</p>
42	干扰电治疗仪	1	<p>1、三维干扰电输出</p> <p>2、治疗仪工作频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz分四档可调。</p> <p>▲3、治疗仪差频频率范围：分五档可选</p> <p>低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz</p> <p>中：频率下限=40HZ，频率上限=60Hz</p> <p>高：频率下限=80HZ，频率上限=120Hz</p> <p>广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz</p> <p>低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，一次循环。</p> <p>4、治疗仪每路输出电流有效值不大于60mA</p> <p>▲5、治疗仪动态节律：0、1s、2s、3s、4s、5s分六档可选。差频周期：1/F、15s、30s、60s分四档可选。</p> <p>6、治疗仪定时时间：1-99min连续可调，级差1min，允差10%。</p> <p>7、可三维输出或二维输出</p> <p>▲8、4个固定处方1个自编处方。</p> <p>9、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。（提供认证证书复印件并加盖公章）</p>
43	推拿床	1	<p>1、电源：AC220V 50Hz。</p> <p>2、额定输入功率：160VA。</p> <p>3、规格（mm）：2000×620×480~780。</p> <p>4、最大起升重量：200kg。</p> <p>5、升降功能：治疗床的床面升降行程为0~300mm范围连续可调。</p> <p>▲6、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手持点动开关，可进行</p>

		<p>点动升降治疗床面；可减轻按摩治疗师的劳动强度。</p> <p>7、配备有直线电机，起升下降行程长，无噪音，运行平稳。</p> <p>8、配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平多体位治疗床面。</p> <p>9、配有患者呼吸孔及肩孔。</p> <p>10、产品通过 SO9001、13485 医疗器械质量管理体系认证，产品通过 (NQA) CE 认证证书。（提供认证证书复印件并加盖公章）</p>
44	电子针灸仪	<p>3</p> <p>本机适用于肩周炎、腰腿痛、神经痛的辅助治疗。电路设有短路自动保护装置；定时治疗完毕声、光提示并自动停止输出；每路输出独立调节，输出强、弱由灯光显示。</p> <p>1. 输出波形：非对称脉冲波。</p> <p>2. 脉冲宽度：0.5ms，允许偏差为+30%。</p> <p>3. 连续波：0.8~20Hz，分 11 档。</p> <p>4. 断续周期：6s。</p> <p>5. 疏波：4Hz。</p> <p>6. 密波：20Hz。</p> <p>7. 疏密周期：6s。</p> <p>8. 输出路数：输出 6 路。</p> <p>9. 输出电压：皮肤电极（负载 500Ω）0~34V。 毫针电极（负载 250Ω）0~14V。</p> <p>10. 治疗时间：10、15、20、25、30、40、50、60min 八档。</p> <p>11. 电源：~220V，50Hz；输入功率：≤8V 或 6V 时为 3VA。</p> <p>12. 工作制：连续工作时间≥4h。</p> <p>13. 使用环境：环境温度为 5℃~40℃，相对湿度≤80%。</p> <p>14. 外形尺寸：≤260mm×200mm×90mm，重量：≤1.5kg。</p>
45	电脑中频治疗仪	<p>3</p> <p>一、主要技术参数：</p> <p>1、输出电流强度：</p> <p>——在 500Ω 的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为 80mA(r. m. s)，频率>1500Hz 为 100mA(r. m. s)。</p> <p>——输出电流调节方式：用按键递增、递减（100 档，每档 1mA）。</p> <p>——最大输出电流：100mA±10%（负载 500Ω）</p> <p>——直流输出[使用离子导入时]：输出电压最大有效值≤40V。</p> <p>▲2、输出通道：四路，输出电流独立可调。</p> <p>——四路同步电刺激、异步电刺激通道；</p> <p>——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；</p> <p>——两路离子导入通道；</p> <p>——两路干扰电治疗通道</p> <p>3、内置临床处方：≥99 个专家处方。</p> <p>▲4、工作频率：1kHz~12kHz，误差±10%。</p> <p>5、调制频率范围：在 0~150Hz 范围内。</p> <p>6、差频频率范围：在 0~100Hz 范围内。</p> <p>7、调幅度：设有 0%、33%、60%、100% 四种调幅度，调幅度允差±5%。</p> <p>8、动态节律：4s~10s。</p> <p>9、差频变化周期：15s~30s。</p> <p>10、基波频率及波形：方波，频率为 1kHz~12kHz（对应脉冲宽度为 500μs~42μs）。</p>

			<p>▲11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。</p> <p>12、温热电极（温控）：37℃~45℃、高、中、低三档可调。</p> <p>▲13、时间调节： ——默认处方时间：10min~40min，误差±10%。 ——时间可调功能：1min~99min，步进1min，误差±10%。</p> <p>14、电源条件：交流220V/频率50Hz</p> <p>15、输入功率：≤150VA</p> <p>16、工作环境：温度5℃~40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa~1060hPa。</p> <p>17、外形尺寸：≤450mm×320mm×100mm(长×宽×高)</p> <p>18、重量：≤7.5Kg</p>
46	多功能中药切片机	1	<p>工作原理：利用刀片切削的原理将物料切制成片状的设备，本机由机架、电机、刀片、转盘和片厚调节装置等组成，物料放置在投料口中，在装在转盘上匀速旋转的刀片不断切削下，被切成片状。</p> <p>产品要求 机身外形美观、噪音低，操作简单，易清理。</p> <p>(2) 机器设计合理，配备单相电机，可切成直片（圆形）、斜片（柳叶形）、横片（长片）。</p> <p>(3) 刀盘光滑、均匀、刀盘直径大，切片厚度可在0.3-3mm范围内随意调节，切片效率高，所切出的片形完整、美观、厚薄均匀。</p> <p>(4) 刀片采用整体高速钢，经久耐用，切片范围广泛(如：黄芪、红参、三七、天麻、苏木、降香、生晒参、西洋参、鹿尾、鹿茸、灵芝等均可切制)</p> <p>技术参数： 功率：1500W， 转速：≥1400R/MIN(电机转数)， 切片厚度：0.3~3mm 重量：≤60Kg 片粒：≥720片/分 外型尺寸(长宽高)：≤550×400×500mm</p>
47	LED超薄观片灯（双联）	3	<p>功能要求： 符合YY/T 0610-2007《医学影像照片观察装置通用技术条件》行业标准； 采用长寿命高亮度LED为源，寿命长达10万小时； LED光源无CCFL管的温差效应，即使低温状态下也能即点即亮； 等距点阵式光源布局，光线更均匀，观察屏亮度的均匀性大于90%； 10档数码调光技术，最大亮度可达4000cd/m²，适合观察各种密度的医学胶片； 可分联和有片自动点亮，无片熄灭，更适合医生阅片并能最大限度的节省能耗； 光源频率超过50KHZ，长时间观看，眼睛也不易疲劳； 采用先进的夹片装置，适合各种厚度的胶片，避免了滚针式夹片装置所易出现的掉片、卡片现象； 宽电压的电源设计，适合不同地区市电，可以AC100-250V的电源范围内正常工作； 专业的超薄设计，电源内置，厚度仅为4.5cm，可任意悬挂及摆放桌面上，节约空间。</p> <p>技术参数及规格： 观片区域（英寸） ≥28"×17"</p>

			外观尺寸（毫米） $\leq 850 \times 510 \times 45$ 色温 9600K 亮度 $\geq 4000 \text{cd/m}^2$ 光源 LED 光源 寿命 ≥ 10 万小时 调光方式 微动开关数码调光 夹片方式 采用弹力硅胶 电源 AC100-220V/50HZ 功率 $\leq 50\text{W}$
48	医用空气 消毒机（平 板壁挂式）	2	1、主机壳体采用金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖； 2、全翻盖式机壳，机壳表面无凹凸状，不藏污纳垢减少二次感染，易清洁，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力； 3、专业的下进上出风结构，配合静音轴流风循环机循环送风，更利于循环送风原理且凉风直吹病员。 4、采用微电脑程序控制，大屏幕中文液晶显示，触感式按键操作，人机交互更方便； 5、触感式控制面板临时有消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间； 6、超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右 45 度任意操控，遥控器设计具有防丢失功能； 7、风量模式工作状态显示，风速高、中、低自由选择； 8、具有备用紫外线灯管启动装置，主灯管失效，备用灯管自动支援； 9、具有紫外线加强消毒、辐射照度自动检测功能； 10、优质镜面不锈钢板增强紫外线辐射强度； 11、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测，真人语音报警 12、具有自动显示紫外线灯管的工作状态及故障指示装置； 13、具有整机寿命计时功能； 14、具有清洗保养提醒功能； 15、采用超强度、长寿命、高标准 C 波段，无臭氧紫外线灯管； 16、内置高浓度增量负离子发生器，释放离子控制空气微粒净化空气。 17、内置光触媒过滤网抗菌、分解有机物； 18、内置活性炭网除味除臭； 19、动态：超强紫外线循环风杀菌、除异味等多种手段处理空气； 20、外观尺寸： $\leq 100\text{cm} \times 40\text{cm} \times 24\text{cm}$ ； 适用体积： $\geq 120\text{m}^3$ ； 循环消毒风量： $\geq 960\text{m}^3/\text{h}$ ； 紫外线照射强度： $\geq 10 \times 1800 \text{uW}/\text{cm}^2$ ； 紫外线泄漏量： $\leq 1 \text{uW}/\text{cm}^2$ ； 负离子发生量： $\geq 6 \times 10^6$ 个/ cm^3 ； 噪音： $\leq 52\text{dB}$ ； 消毒后空气中细菌总数： $\leq 200 \text{cfu}/\text{m}^3$
49	多功能输 液泵	1	要求： 外观： · 楔形竖置设置，防水且操作便利 布局：

		<ul style="list-style-type: none"> · 便携手柄，拿取更方便 · 高清显示屏，显示清晰 · 操作手柄，方便单手操作 <p>操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 整机操作步骤只需三步：安装输液管路 · 设定输液参数（数字键盘，直接输入数字即可） · 开始输液 <p>功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 一机双模或一机多模：方便转换 <p>流速模式、滴速模式、时间模式</p> <p>报警：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 声光报警、错误代码提示和文字报警，能够更快的掌握报警信息，以便更快的处理报警情况 · 高位报警灯设置，能使得医护人员和患者更快更及时地发现并处理机器报警情况 <p>维护：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 可卸式蠕动泵，不用使用任何工具拆卸，便于清洗和维护 · 产品自检，方便检修与维护 · 齿轮传动方式 <p>技术参数：</p> <p>输液器规格：普通标准 PVC 输液器（15、20 滴/ml）和儿童输液器（60 滴/ml），管径 3.4—4.5mm。</p> <p>流速设定范围：1ml/h~1200ml/h</p> <p>滴速设定范围：1 滴/min~400 滴/min</p> <p>输液流速精度：±5%（普通 PVC 标准输液器经校准后±3%）</p> <p>预置量设定范围 0~9999 ml</p> <p>累计量显示范围 0~9999 ml</p> <p>快速输液速度：1000ml/h</p> <p>KVO：1m/h</p> <p>气泡检测方式：超声波</p> <p>点滴传感器：红外线光电束检测</p> <p>指式蠕动泵装置：可装卸式</p> <p>显示：超高亮彩色液晶显示屏</p> <p>阻塞压力检测：40KPa~140KPa，8 档灵敏度调节</p> <p>声光报警：输液状态监测：管路气泡、开门、阻塞、输液完成、暂停超时、漏液、空瓶、输液管歪斜、滴数异常等</p> <p>机器故障自诊断：电池欠压、电池损坏、点滴传感器异常、电机异常</p> <p>交流电源：交流：100V~240V，50Hz/60Hz</p> <p>内部电池：充电镍氢电池，DC12V，2000mAh</p> <p>放电时间：≥5 小时</p> <p>功耗：市电供电：≤20VA，电池供电：≤5W</p> <p>整机重量：≤2.1kg</p> <p>外形尺寸：≤140mm×168mm×230mm</p> <p>使用环境条件温度：+5℃~+40℃，相对湿度≤80%</p>
--	--	---

		<p>使用范围：静脉输液、血管扩张剂、抗癌剂、催产剂、营养液等各种药液，微量及快速输液</p> <p>双 CPU，发热低，噪音小，精度高</p> <p>金属泵轴，耐磨，稳定性佳</p> <p>齿轮传动，可卸指式蠕动泵，精度高，便于清洗与维护</p> <p>专业的校准功能，适用不同厂家的输液管</p>
--	--	--

三、采购项目商务要求

1. 经验要求：供应商在经营范围内报价，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录
2. 项目预算：详见报价邀请函
3. 报价要求：供应商应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按开标一览表及报价明细报价表进行明细报价。
4. 质保期（服务期）：**售后服务为供应商负责，保修期限不少于 2 年。**

5. 付款方式：

由采购方按下列程序在 30 天 内付款：

1. 预付款：签订合同后，支付合同总价的 30 %。
2. 设备安装调试结束、验收合格后供应商提交全部报告材料，包括提供银行出具的合同总价 5% 的银行保函，支付合同总价的 70 %。
3. 从验收合格之日起正常使用 24 个月后，采购方将供应商提供的银行出具合同总价 5% 的银行保函退回给供应商。
4. 如果因为设备质保产生问题而形成的合同退款，应由保函承诺银行直接退还到广州市财政局的指定专用账户。

5、验收要求及标准：

5.1. 验收按国家有关的规定、规范及本合同的有关约定进行。

5.2. 到货验收

供应商在发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行精确全面的检验，并出具证明书，证明货物与合同的规定相符。该证明书将成为向买方要求付款的单据不可分割的组成部分。但对于合同货物的质量、规格、性能和数量/重量来说，不能成为最终的证明。供应商所作检验的详细情况和结果必须写出报告，该报告应附在质量检验证书中。

所有货物到达交货地点后 5 个工作日内全部完成。在买方指定人员的参与下，由供应商和买方共同进行现场开箱检验。供应商须在现场开箱检验前 3 天，通知买方开箱日期。

凡属于医疗器械设备验收时供应商必须提供产品有效的医疗器械注册证明。凡具有计量器具功能的设备必须提供计量认证证书（提供认证证书复印件并加盖公章）

现场检验发现短缺，破损或与合同规定的数量，型号及外形不符，则买卖双方应作记录并确认，除非供应商因其过失未能到场，该记录及商检局出具的现场检验记录和证明，均可作为买方向供应商索赔的有效文件。在现场检验发现的问题解决之前，买方有权推迟支付有问题货物成比例的货款。

(1) 现场检验发生因供应商过失引起的更换或补充而致使规定的时间表延迟，则买方有权向供应商索赔由于延迟所造成的一切直接损失，有权向供应商要求全额补偿由于上述更换或补充直接引起的由买方承担的额外开支以及工时。

(2) 现场检验并不解除合同项下供应商义务。

(3) 参加现场检验的供应商代表的所有费用概由供应商自理。

(4) 因货物的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质量技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

5.3. 安装调试后验收

货物安装调试完毕之日起 10 个工作日内，由合同双方共同进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证书一式 叁 份。

5.4. 货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，可拒收货物。采购人拒收货物或者经广州市政府

采购管理部门审核批准解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由供应商承担。

5.5. 供应商无偿培训使用方操作人员，主要内容为设备的日常使用保养与管理，培训地点主要在设备安装现场或按照使用方安排。

第三部分 报价须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本采购文件适用于本报价邀请函中所述项目的政府采购。

1.2 本项目采购公告及文件产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，争议应提交广州仲裁委员会按其仲裁规则在广州进行仲裁。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心。

2.2 “监管部门”是指：广州市黄埔区财政局。

2.3 “采购代理机构”是指：国义招标股份有限公司。

2.4 “采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 合格的供应商

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及实质性要求。

3) 在采购代理机构登记并购买了采购文件。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

3. 合格的货物、工程和服务

3.1 “货物”是指供应商制造或组织符合采购文件要求的货物等。报价的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合采购文件规定的其它服务。

4. 报价费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下：

采购代理服务收费按差额定率累进法计算，以成交通知书中确定的成交金额作为收费的计算依据。成交金额的各部分费率如下表，本项目类型为**货物项目**：

费 率 成交金额（万元）	类 型		
	货物项目	服务项目	工程项目
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-50000	0.05%	0.05%	0.05%
50000-100000	0.035%	0.035%	0.035%
100000-500000	0.008%	0.008%	0.008%
500000-1000000	0.006%	0.006%	0.006%
1000000 以上	0.004%	0.004%	0.004%
一次采购代理费最高限额	人民币 350 万元	人民币 300 万元	人民币 450 万元

例如：某货物采购代理项目成交金额为300万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

(300-100)万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7(万元)

成交供应商在收到成交通知书前向采购代理机构缴纳成交服务费，以电汇方式缴纳，交费帐户为：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

用途：“(项目编号)”成交费

二、采购文件

5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件组成：

- 1) 报价邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 供应商须知
- 4) 合同格式
- 5) 报价文件格式
- 6) 在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、标的参数及服务需求等）。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者报价没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效报价。

6. 采购文件的澄清或修改

6.1 采购文件的澄清是指采购单位对采购文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。采购文件的修改是指采购单位对采购文件中出现的错误进行修订。

6.2 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在采购文件规定的报价截止时间三个工作日之前以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的书面的对采购文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买采购文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为采购文件的一部分，对供应商有约束力。

6.3 采购文件的修改将在采购文件规定的报价截止时间三个工作日之前以书面形式通知所有购买采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.4 在谈判过程中，采购文件内容如有实质性的变更，评审委员会应以书面形式通知所有参与谈判的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判且不会被扣除报价保证金，否则将被视为接受此变更并受其约束。

7. 采购单位可以视采购具体情况，延长报价截止时间，但至少应当在采购文件规定的报价截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有已购买采购文件供应商。

三、报价文件的编制

8. 报价的语言及计量

8.1 供应商提交的报价文件以及供应商与采购单位就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，供应商在报价文件中及其与采购单位的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 报价文件的构成应符合法律法规及采购文件的要求。

10. 报价文件编制

10.1 供应商应当对报价文件进行装订，对未经装订的报价文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。供应商对采购文件中多个包进行报价的，其报价文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

10.2 供应商应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容，对报价文件所提供的全部

资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.3 如果因为供应商报价文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

11. 报价

11.1 如采购文件无特殊规定，供应商的报价以人民币填报。

11.2 供应商应按照采购文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《报价一览表》和《报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。报价中也不得缺漏采购文件所要求的相应内容，否则将导致报价无效。

11.3 《报价明细表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 报价应为货物运至用户指定地点的含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

12. 备选方案

12.1 只允许供应商有一个报价方案，否则将被视为无效报价。（采购文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体报价

13.1 本项目不接受联合体报价。

13.2 如采购项目接受联合体报价的，则组成联合体报价的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行，并提供《联合体共同报价协议书》（格式见附件）。

14. 供应商资格证明文件

14.1 供应商应按采购文件的要求，提交证明其有资格参加报价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其报价文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性检查表》中所列要求。

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明报价标的的合格性和符合采购文件规定的文件，包括但不限于报价文件的各组成部分。

16. 报价保证金、履约保证金、融资担保

16.1 报价保证金

16.1.1 供应商应按采购文件规定的金额、形式和时间缴纳报价保证金，报价保证金作为报价文件的组成部分。

16.1.2 报价保证金缴纳金额、形式和时间：

(1) 报价保证金金额为 **¥12,009.00（人民币壹万贰仟零玖元）**。

(2) 报价保证金以**银行转账或银行汇款**方式，在**报价截止时间前**到达以下指定账号；或以**金融机构、担保机构出具的保函**的形式提交。

报价保证金缴纳账户：

收款人：国义招标股份有限公司

保证金开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

帐号：120905690610703

供应商须在汇款或转帐附言标注本次项目编号，同时详细填写附件《报价保证金缴纳凭证》，并将汇款底单复印件附在《报价保证金缴纳凭证》中，连同《报价一览表》一起密封在单独的报价信封内递交，以便办理报价保证金的退还手续。

(3) 保证金以到达上述保证金账户为准，供应商应按以上所述方式及时间提交报价保证金，采购代理机构不承担供应商的报价保证金未能及时到帐的风险。

(4) 供应商以报价担保函的形式缴纳报价保证金的，须于报价文件中提供金融机构、担保机构出具的保函，保函样本格式参照采购文件第五部分一报价文件格式“2.3《报价保证金缴纳凭证》”。

供应商提交担保函原件作为《报价保证金缴纳凭证》，并将担保函复印件连同《报价一览表》一起密封在单独的报价信封内递交。

16.1.3 凡未按规定缴纳报价保证金的报价，为无效报价。

16.1.4 如无质疑或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还，报价保证金以报价担保函形式提交的，成交通知书发出后担保责任终止；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还，报价保证金以报价担保函形式提交的，质疑和投诉处理完毕后担保责任终止。从报价截止时间至报价有效期结束的这段时间内，供应商不得撤回其报价，否则其报价保证金将被没收。

16.1.5 成交供应商的报价保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还(成交供应商应在签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构备案)。

16.1.6 有下列情形之一的,报价保证金将被依法没收并上缴同级国库:

(1) 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的;

(2) 将成交项目转让给他人,或者在报价文件中未说明,且未经采购人同意,违反采购文件规定,将成交项目分包给他人的。

16.2 履约保证金

16.2.1 采购人可根据采购合同履行需要,要求成交供应商在采购合同签订前提交履约保证金。

16.2.2 履约保证金缴纳金额、形式

履约保证金数额不超过采购合同金额的10%,采购人可根据履行合同的实际需要,在以上范围内规定履约保证金具体金额。

履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约担保函样本格式参照采购文件第五部分一报价文件格式附表。

16.2.3 履约保证金在成交供应商履行完采购合同主要义务后,采购人按照合同约定原额退还,履约保证金以履约担保函形式提交的,担保责任终止。

16.3 融资担保

16.3.1 融资担保,是指专业担保机构为成交供应商向银行融资提供的保证担保。

16.3.2 成交供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为本项目采购合同履行进行融资。

17. 报价有效期

17.1 报价文件应在报价截止日后的90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

17.2 特殊情况下,采购单位可于报价有效期期满之前,要求供应商同意延长报价有效期,要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其报价保证金不被没收。对于同意该要求的供应商,既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长报价保证金的有效期,有关退还和没收报价保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。

18. 报价文件的数量和签署

18.1 供应商应编制报价文件一式四份,其中正本一份和副本三份,报价文件的副本可采用正本的复印件。每套报价文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符,以正本为准。

18.2 报价文件的正本需打印或用不褪色墨水书写,并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明,法人证明及法人授权证明均应在报价文件中提供(格式见附件)。

18.3 报价文件中的任何重要的插字、涂改和增删,必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

18.4 电子文件,供应商必须随报价文件同时提交一套全部报价文件内容的电子文件(U盘或光盘,无病毒),电子文件必须装于独立的信封,信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码,所有文件用WORD或EXCEL格式处理(资质文件及证书等可扫描以图片格式提交)。

四、报价文件的递交

19. 报价文件的密封、标记和递交

19.1 供应商应将《报价一览表》与《报价保证金缴纳凭证》单独密封提交,并在信封上清晰标明“报价信封”字样。供应商应将报价文件正本和所有的副本分别单独密封包装,并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 所有信封外包装上应当注明采购项目名称、项目编号和“在(采购文件中规定的报价截止时间)之前不得启封”的字样,封口处应加盖供应商印章或签字。具体格式如下:

报价文件/唱标信封
收件人: 国义招标股份有限公司
项目编号:
项目名称:
供应商名称(加盖公章):
在(采购文件中规定的报价截止时间)之前不得启封

19.3 如果未按要求密封和标记,采购单位对误投或提前启封概不负责。

19.4 采购单位在《报价邀请函》中规定的地点和报价截止时间之前接收报价文件,超过截止时间后的报价为无效报价,采购单位将拒绝接收。

20. 报价文件的修改和撤回

20.1 供应商在报价截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。在报价截止时间之后，供应商不得对其报价文件做任何修改和补充。

20.2 供应商在递交报价文件后，可以撤回其报价，但供应商必须在规定的报价截止时间前以书面形式告知采购单位。从报价截止时间至报价有效期结束的这段时间内，供应商不得撤回其报价，否则其报价保证金将被没收。

20.3 供应商所提交的报价文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

20.4 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

五、评审

21. 报价文件的初审

21.1 报价文件的初审包括资格性审查和符合性审查。评审委员会将依法审查报价文件是否实质上响应了采购要求。具体审查内容详见《资格性及符合性检查表》。只有实质性响应的报价文件才能进行后续的谈判，否则将作无效报价处理。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其报价文件成为实质上响应的报价。

21.2 评审委员会决定报价文件的响应程度只依据报价文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但报价文件有不真实、不正确内容的除外。

21.3 评审委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

21.4 评审委员会对各供应商进行初审的过程中，对被认定为初审不合格或无效报价者应实行及时告知，由评审委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知供应商代表，以让其核证、澄清事实，但不得通过补充文件改变其初审不合格或无效报价的结果。

21.5 《资格性及符合性检查表》：

序号	内容
1	按采购文件规定的金额和办法缴纳了报价保证金
2	①报价未超过本项目最高限价及单项设备限价 ②对本项目的全部内容进行报价 ③报价不低于成本价，且是唯一确定的
3	准入条件： (1) 提供《报价函》，报价有效期为报价截止日后的90天 (2) 提供《关于资格的声明函》 (3) 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件(2017年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明；税收部门出具的完税证明或报价截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明；2018年内开具的缴纳社会保险凭据。) (4) 提供有效的营业执照副本复印件(如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件)(加盖公章) (5) 供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商的政府采购活动信用记录自查承诺函及证明材料 (6) 采购文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品报价 (7) 供应商只允许为独立法人，不接受联合体报价。 (8) 提供具备医疗器械经营许可证明材料副本(如供应商为代理经销商)或医疗器械生产许可证明材料副本 (9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号报价或者未划分包号的同一招标项目报价。(供应商出具声明函) (10) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(供应商出具声明函)

	(11) 已报名并获取本次采购文件。(获取采购文件的具体方式详见本项目公告)
4	提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件)
5	按照采购文件规定要求签署、盖章
6	参与本项目的供应商提供《公平竞争承诺书》
7	报价文件对采购文件的实质性技术与商务的(即标注★号条款)条款不产生偏离(报价文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离)
8	符合采购文件中规定的其他实质性要求
9	符合法律、法规规定的其他实质性要求

22. 谈判

22.1 评审委员会与初审合格的供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中,评审委员会应当严格遵循保密原则,未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

22.2 采购文件的修正:评审委员会调整或修改采购需求内容时,应取得评审委员会的一致同意,并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

22.3 最终报价:谈判结束后,所有做出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价(最终报价时间视谈判进程由评审委员会决定)。除非在谈判中评审委员会调整或修改采购需求内容,否则评审委员会不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价而不做推荐。最终报价内容须现场公布。

23.4 在谈判过程中,供应商提交的澄清文件和最终报价文件,由供应商法人代表或授权代表签署后生效,供应商应受其约束。

六、确定成交供应商

23. 确定成交供应商

23.1 供应商评审价的确定

(1) 对小型或微型企业的扶持(监狱企业视同小型、微型企业,监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件);符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业,应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责:

- 报价供应商为小型或微型企业(包括成员全部为小型或微型企业的联合体)且报价产品含小型或微型企业产品时,报价给予C1的价格扣除(C1的取值为6%),即:评审价=核实价(经初审进行必要的更正后的报价)×(1-C1);
- 报价供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体,且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额(必须为小型或微型企业产品)占到联合体协议合同总金额30%以上的,对联合体报价给予C2的价格扣除(C2的取值为2%),即:评审价=核实价(经初审进行必要的更正后的报价)×(1-C2)(本项目不适用该条款);
- 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件:符合小型或微型企业划分标准,提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物;
- 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系(本项目不适用该条款);
- 本条款中两种修正原则不同时使用。

(2) 评审价的确定:经报价文件初审进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

23.2 成交供应商的确定评审委员会根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低的原则依次推荐成交候选供应商。符合采购需求、质量和服务相等且报价相同的,按下列顺序比较确定:(1)近3年业绩情况;(2)节能产品;(3)环保产品。如以上都相同的,名次由评审委员会抽签确定。

评审委员会提出书面评审报告。

23.3 采购人在收到评审报告后的法定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.4 在评审过程中对采购文件实质响应的供应商不足三家时，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

23.5 成交供应商确定后，采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、质疑及投诉

24. 质疑

24.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

24.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

24.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。各环节质疑时效的规定如下：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

（2）对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

超出法定质疑期限的质疑函，采购人或采购代理机构将依法不予接收。

24.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料(包括证明材料清单、证明文件及获取途径说明)。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.5 接收质疑的联系方式：

质疑接收机构名称：国义招标股份有限公司

质疑接收机构地址：广州市东风东路726号9楼903室

质疑接收部门联系人：郭小姐、李小姐

质疑接收机构电话：020-37860713/715（工作/接收时间：8：30-17：00）

质疑接收机构传真：020-87768283/37860699

25 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向广州市黄埔区财政局投诉。

八、合同的订立和履行

26. 合同的订立

26.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交供应商报价文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商报价文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格，并没收其报价保证金。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

26.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

27. 合同的履行

27.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

27.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

九、适用法律

28. 采购单位及供应商的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

28.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商报价时需注意：

28.1.1 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

28.1.2 参加政府采购活动的中小企业报价时需提交《中小企业声明函》（格式见第五部分 报价文件格式）。否则不予认可。

28.1.3 政府采购货物时要求，供应商应提供满足要求的货物的政策适用性说明表（格式见第五部分 报价文件格式），否则不予认可。

28.1.4 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

28.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

第四部分 合同格式

_____ 政府采购

合 同 书
(货物类)

采购编号: _____

项目名称: _____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，4 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试：乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

- 1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各供应商的报价有效期内有权要求供应商提供进口货物的报关单。
- 3) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
- 6) 其余要求以用户需求为准。

九、违约责任与赔偿损失

- 1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。
- 2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5% 的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。
- 4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

- 1) 本合同所有附件、采购文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

- 1) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2) 合同一式____份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称：
银行帐号：
开户行：

第五部分 报价文件格式

货物类项目报价文件

- 一、 自查表
- 二、 资格性文件
- 三、 商务部分
- 四、 技术部分
- 五、 价格部分

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作报价文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

2. 《报价一览表》应与《报价保证金缴纳凭证》同时单独封装在信封中。

_____ 政府 采 购

报 价 文 件 (正 本 / 副 本)

项目编号： _____

采购项目名称： _____

供应商名称： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容	采购文件要求	自查结论	证明资料
保证金（报价保证金缴纳凭证）	按采购文件规定的金额和办法缴纳了报价保证金,提供《报价保证金缴纳凭证》	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
报价	①报价未超过本项目最高限价及单项设备限价 ②对本项目的全部内容进行报价 ③报价不低于成本价,且是唯一确定的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	/
准入条件	<p>(1) 提供《报价函》，报价有效期为报价截止日后的 90 天</p> <p>(2) 提供《关于资格的声明函》</p> <p>(3) 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件(2017年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明;税务部门出具的完税证明或报价截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明; 2018年内开具的缴纳社会保险凭据。)</p> <p>(4) 提供有效的营业执照副本复印件(如非“三证合一”证照,同时提供税务登记证副本复印件)(加盖公章)</p> <p>(5) 供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商的政府采购活动信用记录自查承诺函及证明材料</p> <p>(6) 采购文件不允许采购进口产品时,不得以进口产品报价</p> <p>(7) 供应商只允许为独立法人,不接受联合体报价。</p> <p>(8) 提供具备医疗器械经营许可证明材料副本(如供应商为代理经销商)或医疗器械生产许可证明材料副本</p> <p>(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包号报价或者未划分包号的同一招标项目报价。(供应商出具声明函)</p> <p>(10) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(供应商出具声明函)</p> <p>(11) 已报名并获取本次采购文件。(获取采购文件的具体方式详见本项目公告)</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
法定代表人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
报价文件签署、盖章	按照采购文件规定要求签署、盖章	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	/
其它	参与本项目的供应商提供《公平竞争承诺书》	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页

实质性响应采购文件中“★”号条款的技术、商务要求	报价方案不得对实质性技术与商务的(即标注★号条款)条款产生偏离	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页
其它	实质性响应采购文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第()页

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 报价函

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（项目编号）项目的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本 份，副本 份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
2. 报价有效期为递交报价文件之日起九十天，成交供应商报价有效期延至合同验收之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5. 我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
7. 本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包号报价或者未划分包号的同一招标项目报价。
8. 本公司（企业）不存在以下情况：为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。
9. 我方同意按采购文件规定向采购代理机构缴纳成交服务费。

供应商：_____

地址：_____

传真：_____

电话：_____

电子邮件：_____

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：_____

供应商名称(公章)：_____

开户银行：_____

帐号：_____

日期：_____

1. 2017年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明；
2. 税收部门出具的完税证明或报价截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明；
3. 2018年内开具的缴纳社会保险凭据。
4. 企业股东构成情况表

企业股东构成情况表

企业名称						
注册地址				企业类型		
法定代表人姓名				电话		
股东及出资信息						
序号	股东名称(姓名/股东全称)	股东类型 (自然人股东/法人股东)	身份证号 /统一社会信用代码	出资额 (万元)	出资方式	占全部股份比例

备注：

1. 股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。出资方式填写：货物、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
2. 供应商必须如实填写股东构成情况，同时打印“国家企业信用信息公示系统”（网站：<http://gsxt.gdgs.gov.cn/>）网页查询的信息截图。
3. 本表格如有虚假或与事实不符，作无效报价处理。

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/采购代理机构：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____ 单位：_____ (单位公章)

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

主营：_____

兼营：_____

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/采购代理机构：

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

_____。

授权单位： (盖章) 法定代表人 (签名或盖私章)
有效期限：至 年 月 日 签发日期：
附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：
联系电话：
营业执照号码： 经济性质：
主营(产)：
兼营(产)：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限：与本公司报价文件成交注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6. 供应商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

2.3 报价保证金缴纳凭证

报价保证金转帐/汇款声明函

致（采购人/采购代理机构）：

（供应商全称）参加贵方组织的、项目编号为_____的采购活动。按采购文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）_____元的报价保证金。

供应商名称：_____

供应商开户银行：_____

供应商银行帐号：_____

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（采购代理机构）依据此凭证信息退还报价保证金。

3. 退还保证金时请按以上内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

附：

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

注：1. 供应商报价时，应当按采购文件要求缴纳报价保证金。报价保证金可以采用银行转账或银行汇款形式缴纳。供应商应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同报价一览表一起封装在单独的密封信封中，以便项目结束后办理报价保证金的退回手续。

2. 采购单位在成交通知书发出后五个工作日内无息退还未成交供应商的报价保证金；在采购合同签订后五个工作日内无息退还成交供应商的报价保证金。

3. 银行汇款单据备注栏应填写：“供应商公司名称+项目编号后4位数+保证金”字样，如：“★★★公司+0881+包2 保证金”

政府采购报价担保函

(适用于报价保证金以保函形式提交)

_____ (采购人或采购代理机构)：

鉴于_____ (以下简称“供应商”)拟参加编号为_____的_____项目(以下简称“本项目”)报价,根据本项目采购文件,供应商参加报价时应向你方交纳报价保证金,且可以报价担保函的形式交纳报价保证金。应供应商的申请,我方以保证的方式向你方提供如下报价保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在供应商出现下列情形之一时,我方承担保证责任:

1. 成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》;
2. 采购文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元(大写_____),即本项目的报价保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为:连带责任保证。

我方的保证期间为:自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的,应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号,并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后,在_____个工作日内进行审查,符合应承担保证责任情形的,我方应按照你方的要求代供应商向你方支付报价保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后,自我方向你贵方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商报价保证金义务时,我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使供应商发生本保函第一条第(一)款约定情形的,我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的,我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

年 月 日

2.6 其他资格证明文件

一、营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

二、按照“供应商资格”要求提供相关资质及证明文件

附表 1:

政策适用性说明表

序号	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商 (开发商)	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比 (%)

注： 1、 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第 期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖报价供应商公章）；

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上发布；

3、 最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

供应商代表签字及盖公章：

附表 2：中小企业声明函（可选择提供）

中小企业声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____项目（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于_____行业，有从业人员_____人，最近一年营业收入为_____元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商代表签字及盖公章：_____

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如果供应商不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

附表 3:

政府采购履约担保函

(适用于履约保证金以保函形式提交)

_____ (采购人):

鉴于你方与_____ (以下简称供应商) 于____年__月__日签定编号为_____的《_____政府采购合同》(以下简称主合同), 且依据该合同的约定, 供应商应在____年____月__日前向你方交纳履约保证金, 且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请, 我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在供应商出现下列情形之一时, 我方承担保证责任:

1. 将成交项目转让给他人, 或者在报价文件中未说明, 且未经采购招标机构人同意, 将成交项目分包给他人的;

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

(1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的;

(2) _____。

(二) 我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元(大写_____), 币种为_____。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的, 由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的, 应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议, 你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告, 或经诉讼(仲裁)程序裁决后的判决书、调解书, 本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料, 在_____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动终止。保证期间届满前, 主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的, 自验收合格日起, 我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后, 自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起, 保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同, 加重我方保证责任的, 我方对加重部分不承担保证责任, 但该等修改事先经我方书面同意的除外; 你方与供应商修改主合同履行期限, 我方保证期间仍依修改前的履行期限计算, 但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附表4：残疾人福利性单位声明函（如供应商不符合条件，不需提供该函）

残疾人福利性单位声明函（可选择提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如果供应商不是残疾人福利性单位，可不提供该声明函。

三、商务部分

3.1 供应商综合概况

一、供应商情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置 (单位性质、发展历程、 经营规模及服务理念、 主营产品、技术力量、 实施履行本项目合同所 必需的设备等)						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额(万 元)	净利润(万 元)	资产负债率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 供应商应提供 2017 年经中介机构审核过的审计报告的复印件（加盖公章）。

4) 如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或广东省 总代理或中国总代 理或生产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	姓名： 电话： 传真：
关键设备 合法来源渠道 (1)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	电话： 传真：
关键设备 合法来源渠道 (2)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线：	电话： 传真：

	售后服务管理验证查询专线：	
设在广东省内的售后服务机构情况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	姓名： 电话： 传真：

三、同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	完成时间	联系人及电话
1				
2				
...				

注：业绩是以供应商名义完成并已验收的项目。供应商应同时提供业绩证明文件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：提供上述人员在供应商单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日	质保期	

六、规章制度一览表（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等，提供附复印件并加盖公章）

序号	相关规章制度名称	开始执行时间	备注
1			
2			
.....			

七：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的报价标的，且采购文件规定应提供的情况）

（采购单位）：

我方_____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在_____（制造商地址）（总代理地址）。兹授权_____（供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方项目编号为_____、项目名称：_____的采购文件要求提供的

由我方制造（或总代理）的_____（报价标的名称）_____的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该报价响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权_____（供应商名称）_____全权办理和履行此项目采购文件中规定的一切事宜。兹确认_____（供应商名称）_____及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 联合体成员_____（公司全称）_____为_____（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）（本项目不适用）。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未成交，其有效期至该项目采购活动结束后自动终止。

5. 我方于_____年__月__日签署本文件，_____（供应商名称）于_____年__月__日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：_____（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

职务：_____

部门：_____

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

职务：_____

部门：_____

_____年 月 日

供应商也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

八、其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

九、成交服务费承诺书（格式）

国义招标股份有限公司：

本____（供应商名称）公司在参加在贵司进行的____（项目名称）（项目编号：_____）采购中如获成交，我司保证在领取“成交通知书”前，按本项目供应商须知相关规定向贵司缴纳“成交服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。

特此承诺！

另关于我司缴纳成交服务费后开具成交服务费发票的事宜，我司声明如下：

A：如需开具增值税普通发票，请于下方（ ）打“√”，并提供资料

（ ）请向我司开具成交费的“增值税普通发票”，开票信息如下：

1、我司工商注册名称为：_____；

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：_____（请填写）

如需开具增值税专用发票，请于下方（ ）打“√”，并提供以下相关资料（缺一不可）

B：

（ ）请向我司开具成交服务费的“增值税专用发票”，开票信息为：

1、我司工商注册名称：_____（请填写）

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：_____（请填写）

3、注册地址：_____（请填写）

4、办公电话（固话）：_____（请填写）

5、开户银行及账号：_____（请填写）

6、一般纳税人资格证书/或加盖了税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证扫描件/或在所属国税局网站的查询结果截图（截图后附）

成交单位联系人：， 手机号：_____；

单位地址：电话：传真：_____。

特此声明。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

3.2 商务条款响应表

(1) 实质性商务条款（“★”项）响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

注：

1. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 当采购文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中第一行直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

(2) 非实质性商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	经验要求：供应商在经营范围内报价，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录		
5	报价要求：供应商应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按开标一览表及报价明细报价表进行明细报价。		
6	售后服务：以用户需求书的要求为准		
7	付款方式：由采购方按下列程序在 30 天 内付款： 1. 预付款：签订合同后，支付合同总价的 30 %。 2. 设备安装调试结束、验收合格后供应商提交全部报告材料，包括提供银行出具的合同总价 5%的银行保函，支付合同总价的 70 %。 3. 从验收合格之日起正常使用 24 个月后，采购方将供应商提供的银行出具合同总价 5%的银行保函退回给供应商。 4. 如果因为设备质保产生问题而形成的合同退款，应由保函承诺银行直接退还到广州市财政局的指定专用账户。		
8	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证		
9	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告		

注：

1. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2. 本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

四、技术部分

4.1 货物说明一览表

货物名称	产地品牌型号	数量	交货期	备注

报价文件中还应后附以下材料，否则评审委员会有权认为所投产品不符合要求：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。
2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。
3. 如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

4.2 技术条款响应表

(1) 实质性响应技术条款 (“★” 项) 响应表

序号	采购规格/要求	报价实际参数 (供应商应按报价货物/服务实际 数据填写, 不能照抄采购要求)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 供应商必须对应采购文件“用户需求书”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合采购要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 供应商响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。
4. 当采购文件中未设置“★”项技术条款时, 应在此表中第一行直接填写: 本项目未设置“★”项技术条款。
5. 所有供应商须提供报价产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件, 否则评审委员会有权视相应技术参数响应不符合采购要求(如厂家的产品使用说明书为英文版, 请同时提供中文版)。

供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

供应商名称(加盖公章): _____

日期: 年 月 日

(2) 非实质性技术条款响应表

序号	采购规格/要求	报价实际参数 (供应商应按报价货物/服务实际 数据填写, 不能照抄采购要求)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 供应商必须对应采购文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合采购要求。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 所有供应商须提供报价产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件, 否则评审委员会有权视相应技术参数响应不符合采购要求(如厂家的产品使用说明书为英文版, 请同时提供中文版)。

供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

供应商名称(加盖公章): _____

日期: 年 月 日

4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 设备配置简介
2. 设备技术特点说明及详细方案

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

五、价格部分

5.1 报价一览表

序号	内容	设备名称	产地品牌型号	数量	单价 (人民币)	报价总价 (单位:人民币) 大写及小写
1	报价					
2	各种税费					
3	运输费					
4	其他费用					
合计总价 (单位:人民币) 大写及小写						
5	报价保证金	详见随附《保证金缴纳凭证》				
6	报价有效期	自报价之日起 90 个公历日				
7	备注					

注: 1. 供应商须按要求填写所有信息, 不得随意更改本表格式。

2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价, 金额单位为元。

3. 此表是报价文件的必要文件, 是报价文件的组成部分, 还应另附一份并与《保证金缴纳凭证》封装在一个信封中。

供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

供应商名称(加盖公章): _____

日期: 年 月 日

5.2 报价明细表

采购项目名称：

项目编号：

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	广东省现市场零售价
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说 明
合 计				数量合计：		报价合计： 元	
四、报价汇总：人民币 元（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）							
五、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内）							
分 项		名 称	规格型号	制造商	单价	使用周期 / 寿命	
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：							

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容以及《报价一览表》一致。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日